

DEFİBRİLASYON PEDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ÖZELİKLER

1. Pedler "Pacemaker" uygulamasına olanak sağlar özellikte olmalıdır.
2. Pedler üzerinden 360 (üçyüzaltmış) joule ile defibrilasyon yapılabilmesi ve bu özelliği orijinal dökümanında göstermelidir.
3. Pedlerin pediatrik, RTS (Radiotransparent) ve yetişkin kullanımı olarak 3 farklı çeşidi olmalıdır.
4. Pedler ZOLL marka cihazlara uyumlu olmalıdır.
5. Pedin iletken yapışkan jel temas yüzeyi en az 100cm² olmalıdır.
6. Pedin boyutu en az 11x12 cm olmalıdır.
7. Pedin bağlantı kablosu en az 120 cm olmalıdır.
8. Firma tarafından numune verilecek ve alım onayı uygunluk değerlendirmesinden sonra verilecektir.

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Prof. Dr. Sadık ERGİL
Dip. Tes. No: 8114
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzm.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri
Prof. Dr. Laurent YAZICIOĞLU
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzm.
Dip. Tes. No: 4764

Prof. Dr. Mustafa SİRLAK
Dip. No: 1105
Kalp Damar Cerrahisi Uzm.
A.U.T.F.

