

AĞIZ BURUN TERMİSTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kliniğimizde kullanılmakta olan ALİCE 6 PSG sistemine uyumlu çalışabilmelidir.
- 2- Hastanın ağız ve burundaki solunum hareketlerini algılayarak sisteme aktarabilmelidir.
- 3- Solunum hareketlerini ısı değişimine duyarlı olarak algılamalıdır.
- 4- Hasta ve sistem arasındaki kablo yeterli uzunlukta olmalıdır.
- 5- Malzemenin mevcut PSG sistemimize uyumlu olup olmadığı denendikten sonra teslim alınacaktır.


Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Prof. Dr. Alın KAYA
Dip. Teş. No: 59265
Göğüs Hastalıkları A.B.D.


Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Prof. Dr. Turgut ACICAN
Dip. Teş. No: 29437
Göğüs Hastalıkları Uzmanı


Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları A.B.D.
Dr. Dr. Mustafa UYAR
Peniz Doğan MURAZIMDOĞRU
Dip. Teş. No: 140755

BODY POSITION SENSÖRÜ
TEKNİK ŞARTNAME

- 1- Klinikimizde kullanılmakta olan ALICE 6 uyku laboratuvarına uyumlu çalışabilmelidir.
- 2- Hastanın yatış pozisyonunu algılayarak sisteme aktarmalıdır.
- 3- Hastayı uyku sırasında rahatsız etmeyecek yapıda küçük olmalıdır.
- 4- Sistemle hasta arasındaki kablo yeterli uzunlukta olmalıdır.
- 5- Malzemenin mevcut PSG sistemimize uyumlu olup olmadığı denedikten sonra teslim alınacaktır.


Ankara Üniversitesi
Göğüs Hastaneleri
Prof. Dr. Ali KAYA
Dip. Tez. No: 10785
Göğüs Hastaneleri A.B.D.


Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa CİCAN
Dip. Tez. No: 29497
Göğüs Hastaneleri Uzmanı


Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastaneleri A.B.D.
Dr. Özgür ÖZALP
Deniz İşleri Müdürlüğü
Dip. Tez. No: 10753