

172432

IVF ROUND DİSH PETRİ (60MM) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Petri Kapları tek kullanımlık olmalıdır.
- 2.Polistirenden yapılmış olmalıdır.
- 3.54 mm x 12 mm Boyutlarında olmalıdır.
- 4 Tüp Bebek Laboratuvarlarında kullanıma uygun olmalıdır.
- 5 15'li paketler halinde paketlenmiş olmalıdır.
- 6 OPA/PE paketlenir ve gama ışınlarıyla sterilize edilmiş olmalıdır.

Prof. Dr. Barışhan Özmen

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Barışhan ÖZMEN
Dip. Tes. No: 91384
Kadın Hast. Ve Doğum Uzmanı

Prof. Dr. Cem Atabekoglu

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Prof. Dr. Cem Şenel ATABEKOĞLU
Kadın Hast. ve Doğum Uzmanı
Dip. Tes. No: 47702

Doç. Dr. Yavuz Emre Şükür

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Yavuz Emre ŞÜKÜR
Dip. Tes. No: 116857
Kadın Hast. ve Doğum Uzm.