

172688

HYACYST INTRAVEZİKAL INSTILASYON KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Materyal yüksek oranda saflaştırılmış hyaluronik asit bazlı 120mg/ Mukopolisakkarid içermelidir.
2. Mukopolisakkarid moleküler ağırlığı 180 – 190 kdalton aralığında olmalıdır.
3. Materyalin kolay uygulanması amacı ile malzeme ile birlikte 1(bir) adet luer lock konektörlü hidrofilik sonda 1(bir) adet luer lock enjektör verilmelidir.
4. Materyal bio uyumlu olmalıdır.
5. Materyal hayvansal bazlı olmamalıdır.
6. Ürünün Ph değeri 7.1-7.3 olmalıdır.
7. Ürünün ozmolalite değeri 300-350 aralığında olmalıdır.
8. Ürünün klorür içeriği 4,5-5,5 mg/ml aralığında olmalıdır.
9. Ürün herhangi bir madde karıştırılmadan kullanılmalıdır.
10. Ürün buhar ile steril edilmiş olmalıdır.
11. Ürün en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
12. Ürün oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.
13. ISO ve CE belgelerinden herhangi birisine sahip olmalıdır.

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Üroloji A.D.
Prof. Dr. Ömer GÜLPIRAR
Üroloji Uzmanı
76307-118659
Dış No 3001

A.Ü.T.F. İbni Sina Hastanesi
Üroloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Evren SÜER
Dış No 19176

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Uzmanı
Prof. Dr. Tolga SÜER
Üroloji Uzmanı
Dış No 45191