

172690

DİSK KNIFE – CRESCENT BIÇAĞI - SKLEROTOM BIÇAĞI (JT003244) -30 ADET

- Bıçak çok yönlü kullanıma uygun ancak daha çok küçük kenar kesme işlemi için tasarlanmış olmalıdır.
- Glokom, retina ve kornea cerrahilerinde kullanıma uygun olmalıdır.
- Disposable olmalı, tünel bıçağı olarak kullanıma imkan sağlamalıdır.
- Bıçağın uç kısmı 2.60 mm ve açılı olmalı.
- Üzerinde ürün ismi ve firma adı, üretim ve son kullanma tarihi, LOT numarası ve UBB kodu olan etiket şeklinde yapışkan barkoddan (ürün paketi içindekilerin dışında) ürün adet sayısı kadar bulunmalıdır.
- Bıçak orijinal ambalajında ve steril olmalıdır.
- Her bir bıçak ayrı paketlenmiş olmalı ve üzerinde sterilizasyon tarihi ve süresi bulunmalıdır.
- Sağlayıcı firmanın ÜTS kodu olmalıdır
- Üründe ÜTS de kayıtlı ve Sağlık Bakanlığınca onaylı olmalıdır. Her bir ürün üzerinde barkod numarası olmalıdır, olmadığı takdirde ürün teslim alınmayacaktır.
- Ürün numunesi kullanıldıktan sonra alıma karar verilecektir.

Ankara Üniversitesi
Fakültesi Hastaneleri
Oya KURNAZ TEKELİ
Tels. No: 62 419
Göz Hastalıkları Uzmanı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.B.D
Doç. Dr. Esra ŞAHLI
Dip. İhs. No 119264

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Prof. Dr. Sibel DEMİREL
Dip. İhs. No: 119720
Göz Hastalıkları Uzmanı

172690

GÖZ SPEKULUMU - ÇOCUK VE BEBEK (PEDIATRIC EYE SPECULUM)**(JT004940) - 60 ADET**

- Spekulumun boyutları yaklaşık 34 x 20 mm olmalıdır.
- Göz kapağını açma ölçüsü 10 x 3.5mm olmalıdır.
- Wortham tipinde olmalıdır.
- Orijinal ambalajında steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
- Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
- Üzerinde ürün ismi ve firma adı, üretim ve son kullanma tarihi, LOT numarası ve UBB kodu olan sticker şeklinde yapışkan barkoddan (ürün paketi içindekilerin dışında) ürün adet sayısı kadar bulunmalıdır.
- Ürün numunesi kullanıldıktan sonra alıma karar verilecektir.

Ankara Üniversitesi
Fakültesi Hastaneleri
Oya KURNAZ TEKELİ
Tis. No: 92100
Mikrobiyoloji



Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.B.D.
Doç. Dr. Esra ŞAHLI
Dip. Tes. No: 119264

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Prof. Dr. Sibel DEMİREL
Dip. Tes. No: 116420
Göz Hastalıkları Uzmanı

172690

GÖZ SPEKULUMU - YETİŞKİN (GZ1000) - 120 ADET

- Spekulumun boyutları yaklaşık 44 x 23mm ölçülerinde olmalıdır.
- Göz kapağını açma ölçüsü 14 x 5mm olmalıdır.
- Barraquer tip olmalıdır.
- Orijinal ambalajında steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
- Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
- Üzerinde ürün ismi ve firma adı, üretim ve son kullanma tarihi, LOT numarası ve UBB kodu olan sticker şeklinde yapışkan barkoddan (ürün paketi içindekilerin dışında) ürün adet sayısı kadar bulunmalıdır.
- Ürün numunesi kullanıldıktan sonra alıma karar verilecektir.

Ankara Üniversitesi
Fakültesi Hastaneleri
Oya KURNAZ İPEKÇİ
Dip. Tes. No: 119264



Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.B.D.
Doç. Dr. Esra ŞAHLI
Dip. Tes. No: 119264

Ankara Üniversitesi
Fakültesi Hastaneleri
Prof. Dr. Sibel DEMİREL
Dip. Tes. No: 114420
Göz Hastalıkları Uzmanı