

172692

**GÖZ CERRAHİSİNDE KULLANMAK İÇİN ÜÇGEN SPONGE (JT011920) - 600
ADET**

- Göziçi cerrahi sırasında kullanmak için plastik çubuk ucuna monte edilmiş üçgen şekilli, steril sünger olmalıdır
- Paket en az 5-10 adet sponge içermelidir.
- Tek kişilik kullanıma yönelik olmalıdır.
- Yüksek emici özellikte olmalı ve lif bırakmamalıdır.
- Üzerinde ürün ismi ve firma adı, üretim ve son kullanma tarihi, LOT numarası ve UBB kodu olan sticker şeklinde yapışkan barkoddan (ürün paketi içindekilerin dışında) ürün adet sayısı kadar bulunmalıdır.

Ankara Üniversitesi
Fakültesi Hastaneleri
Doç. Dr. N. HAZ TEKELE
Tesp. No: 162339
Gözlük Uzmanı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.B.D.
Doç. Dr. Esra ŞAHLI
Dip. Tes. No: 119264

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Doç. Dr. Sibel DEMİREL
Dip. Tes. No: 116420
Göz Hastalıkları Uzmanı

172692

PAMUK RULO (JT008710) – 12.000 ADET

- Göz ameliyatlarında temizlik ve göz kurulamak amacı ile kullanılmak üzere %100 pamuktan üretilmiş ve dental rulo olacak şekilde olmalıdır.
- Yüksek emicilikte olmalıdır.
- Allerjik olmayan, lif ve partikül bırakmayan, sterilizasyon işlemine uygun yapıda olmalıdır.
- Üzerinde ürün ismi ve firma adı, üretim ve son kullanma tarihi, LOT numarası ve UBB kodu olan sticker şeklinde yapışkan barkoddan (ürün paketi içindekilerin dışında) ürün adet sayısı kadar bulunmalıdır.
- Ürün numunesi kullanıldıktan sonra alıma karar verilecektir.

Ankara Üniversitesi
Cerrahi Tıp Fakültesi
Cerrahi Anabilim Dalı ABD
Doç. Dr. Esra SAHLI
T.C. Kimlik No 119264

Ankara Üniversitesi
Cerrahi Tıp Fakültesi
Cerrahi Anabilim Dalı ABD
Doç. Dr. Esra SAHLI
T.C. Kimlik No 119264

Ankara Üniversitesi
Fakültesi Cerrahi Bilimler
Ankara Üniversitesi
Fakültesi Cerrahi Bilimler
Doç. Dr. Esra SAHLI
T.C. Kimlik No 119264

Doç. Dr. Esra SAHLI
T.C. Kimlik No 119264

172692

- GÖZ PAMUĞU STERİL (RONDEL) (JT004939) –

Göz cerrahisi sonrası veya tedavi sırasında koruyucu amaçla gözü kapama için kullanılan göz kompresini kapsar.

- Bu tip göz kompresleri iç tarafta hidrofıl pamuk ihtiva etmeli, bu pamuk katmanının üst ve altı tek tabaka gazlı bez ile kaplanmış olmalıdır.
- Kullanılan malzemeler hidrofıl pamuk (TS 4786 standardına uygun) olmalıdır
- Gazlı bez, atkı ve çözgü sayısı toplamı cm²'de en az 20 olan ve diğer özellikleri TS 6077' de verilen hidrofıl gaz bezi özelliğinde olmalıdır.
- Eni en az 60 mm, boyu 55 mm olmalıdır.
- Steril olduğu belirtildiği takdirde her bir göz kompresi ayrı ambalajlarda (tekli ambalajlarda) steril edilmelidir.
- Steril göz kompreslerinin her biri sterilitesini en az 2 yıl muhafaza edebilecek uygun özellikte malzeme ile ambalajlanmış olmalıdır.

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Doç. Dr. Mustafa Kemal
Dip. Tes. No: 55844

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Doç. Dr. Mustafa Kemal
Dip. Tes. No: 55844

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Doç. Dr. Mustafa Kemal
Dip. Tes. No: 55844