172693

ASPİRATÖR HORTUMU STERİL (1/4 - 1/16)

1. Malzeme PVC özellikte olmalıdır.
2. Şeffaf yapıda olmalıdır.
3. Malzeme uygun sertlikte olmalı, vakum sırasında hortumun çeperi birbirine yapışmamalı, sıvı akışını engellememelidir.
4. Hortum, akıntının kesilmemesi ve vakum birikmemesi için asla kıvrılıp kırılmamalıdır.
5. Disposable olmalıdır.
6. Hortum 3 metre uzunluğunda her iki ucu açık ve düz olmalı, ayrıca bir konektör bulunmamalıdır.
7. Malzeme steril orijinal ambalaj içerisinde olmalıdır. Paket üzerinde malzemenin özellikleri, sterilizasyon şekli, sterilizasyon veya son kullanma tarihi ve UBB barkodu olmalıdır.
8. Ambalajlar yırtık, deforme olmamalı, steril tekniğine uygun bir şekilde yırtılmadan kolay açılabilir olmalıdır. Paketin açma kenarlarında açılma işlemini kolaylaştıracak en az 2 cm. boşluk olmalıdır.
9. 1/4-1/16 hortum, Ameliyathane'de kullanılan disposable ve reusable aspiratör uçlarının bağlantı giriş yerleri ile uyumlu olmalıdır.
10. TITUBB kaydı olmalıdır.