

172698

**SENGSTAKEN BLAKEMORE TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Özofagus varis kanamalarının durdurulması amacı ile dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Ürün, yüksek biouyumluluk için %100 silikondan imal edilmiş olmalıdır.
3. Esnek ve yumuşak olmalı, yerleştirme veya çıkarma işlemi sırasında özofajial mukozaya zarar vermemelidir.
4. Üç lümenli olmalı, Özofajial balon ve Gastrik balon kullanım kolaylığı için renk kodları ile işaretlenmiş olmalıdır.
5. 18Fr. Kalınlığında ve 85 cm. Uzunluğunda olmalıdır.
6. Radyopak olmalıdır.
7. Gastrik balon uzunluğu, 60 mm. olmalı ve max. 300 cc.'ye kadar hava ile şişirilebilmelidir.
8. Özofajial balon uzunluğu, 140 mm. olmalı ve 40 mmHg basınçta 32 mm dış çapa kadar hava ile şişirilebilmelidir.
9. Gastrik suction için gastrik balonun distal kısmında tüp gövdesi üzerinde delikler bulunmalıdır.
10. Uygun pozisyonlandırma için gövde üzerinde 25 ile 50 cm arasında 5'er cm aralıklı derinlik marker'ları bulunmalıdır.
11. Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
12. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Gastroenteroloji Bölümü  
Uzm. Dr. Volkan SOYKAN  
İç Hastalıkları Uzmanı  
Diyadin, Ankara  
Tic. Sic. No: 176931

Prof. Dr. M. ÖZÜNEN  
Diyadin, Ankara  
Tic. Sic. No: 176931

Dr. İbrahim SOYKAN  
Gastroenteroloji  
Dip. No. 6243