

90383

BATIN KOMPRESİ 45X45 CM

1. % 100 pamuk ipliğinden üretilen yüksek emicilik gücüne sahip, beyaz, lemez, kokusuz, boya içermeyen hidrofil gaz bezinden imal edilmiş olmalıdır.
2. Naylon ve elyaf karışımı olmamalıdır.
3. Hidrofil gaz bezi tek kat üzerinden santimetre karede 19 ± 1 tel olmalıdır.
4. 8 (sekiz) kat olarak kenarlarından serbest lifler vermeyecek şekilde cerrahi kullanıma uygun olarak katlanmış olmalıdır.
5. 45x45 cm. boyutlarında olmalıdır.
6. Köşeden köşeye çapraz dikiş ile (X şeklinde) dikilmiş olmalıdır.
7. Parmak ile basınç uygulandığında gaz bezin dokuması bozulmamalı, birbirinden ayrılmamalıdır.
8. Radyopak iplik batin kompresin ara katında çapraz/düz şekli boyunca köşeden köşeye veya kenardan kenara dikili halde olmalıdır.
9. Radyopak iplik gazlı bez içinde kesinlikle serbest olmamalıdır. Kullanılan radyopak iplikler monofilamen karakterli, mavi renkte olmalı ve buhar otoklav sterilizasyonuna dayanmalı, çekmemeli, X ışını ile görülebilmelidir.
10. Teklif veren firmalar 10 adet numune getirmelidir.
11. TITUBB kaydı olmalıdır.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
A.Ü. T.F. Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Uzmanı Dr. Bahadır
Dip. No: 11248 / Tescil No: 2000