

ISI PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Isı probu YSI 400 uyumlu olmalıdır. Konnektörü 6,35mm standart phone jug olmalıdır.
2. Prob YSI 400 teknolojisi kullanan hastabaşı monitörlerinde kullanıma uygun olmalıdır. Hassasiyeti +/- 0.1 C olmalıdır.
3. Kablonun boyu en az 3,15m olmalıdır. Probun kablosu çok yumuşak olmamalı, probun hastaya rahatlıkla takılabileceği sertlikte
4. Prob rektal/özafaguel kullanıma uygun olmalıdır. Yetişkin hastalarda kullanılabilirdir.
5. Probun konnektörü elastomer plastikten basılı olmalıdır. Üreticinin markası konektör kısmında belirtilmelidir. Konnektör phone jug üzerine enjeksiyonlu olmalı ve rahat takılabilmesi için, jug kısmı ile plastik kısmı arasında 90 derece açı olmalıdır. Konnektör kısmı, probun kendiliğinden çıkması için kesinlikle düz olmamalıdır.
6. Probun hastaya takılan kısmı, prob kablosunun devamı şeklinde, gri renkli olmalıdır. Uç kısmında kesinlikle renkli, sert, kırılğan malzeme kullanılmamalıdır.
7. Prob CE işareti taşınmalıdır. CE belgesi ve akreditasyon belgesi sunulmalıdır. Probun sınıf IIB olduğunu gösterir deklarasyonu da dosyada belirtilmelidir.
8. Probun üreticisinin ISO 9001:2000 ve ISO 13485:2003 belgeleri olmalıdır.

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Prof. Dr. SAĞIK ERGİLMAZ
Dip. Tes. No: 61754
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzm.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri
Prof. Dr. ERGİLMAZ
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzm.
Dip. Tes. No: 61754

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Prof. Dr. Evren ÖZÇINAR
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
Dip. Tes. No: 149843 Uzm. Tes. No: 83434