

## TELEMETRİ SİSTEMİ İÇİN EKG KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Nihon kohden marka telemetri sistemi ile uyumlu olmalıdır.
2. Kablo transmittere giren ana gövde ve gövdeye enjeksiyon ile sabitlenmiş uç kısımlardan oluşmalıdır.
3. Kablonun uç kısımları kısaç uçlu olmalıdır. Tüm uçlar IEC renk kodlarına uygun olarak değişik renklerden basılmış olmalıdır.
4. Uç kablodaki kısaçlar hiçbir şekilde yay kullanılmamalıdır. Kırılmaya karşı malzemeden yapılmış olmalıdır. Mandalların kabloya bağlantı yerlerinde kablo koruyucusu olmalıdır.
5. Monitör kablosu kıvrılmalara karşı dayanıklı TPU malzemeden olmalıdır.
6. Kablonun gövdesinde renk kodları belirtilmeli hem IEC hem de AHA kodlarına göre isimlendirme yapılmış olmalıdır.
7. Kablonun tümü plastik enjeksiyon olmalı, gövde de hiçbir şekilde vida bulunmamalıdır.
8. Kablo içerisinde Türkçe kullanma talimatları bulunmalıdır.
9. CE belgesi olmalıdır.
10. Anabilim dalımız 7,2 ve 8 katlarda kullanılmak üzere 20 adet 3 uçlu EKG kablosu alımı yapılacaktır.
11. Garanti takibi için üzerinde yırtılmaz yapıda seri numarası ve üretici firmanın logosu olmalı, arıza durumunda onarım süreci, servis ve yedek parça garantisi verilmelidir.

Ankara Üniversitesi  
Tıp Fakültesi Hastaneleri  
Uzm. Dr. Emir BASKOVSKI  
Dip. Tes. No: 705443  
Kardiyoloji Uzmanı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TİP FAKÜLTESİ  
KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI  
Uzm. Dr. Emir BASKOVSKI  
Dip. Tes. No: 705443  
Dip. Tes. No: 143084

Üniversitesi  
Tıp Fakültesi Hastaneleri  
Uzm. Dr. Emir BASKOVSKI  
Dip. Tes. No: 705443  
Kardiyoloji Uzmanı

## HOLTER CİHAZLARI İÇİN 5 LEAD'LI EKG KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-) EKG kablosu Biomedical Instruments (BI) holter recorder marka holter cihazlarına uyumlu olmalıdır.
- 3-) Leadlerin 5 ucu da gövdeye beraber takılıp çıkarılabilmelidir.
- 5-) Leadlerin her iki ucunda da renk kodu olmalıdır.
- 6-) Kablonun gövdesinde belirtilen renk kodları hem IEC hem AHA kodlarını göstermelidir.
- 7-) Kablonun tümü plastik enjeksiyon olmalı gövde de hiçbir şekilde vida bulunmamalıdır.
- 8-) Kablolar CE ve ISO belgelerine sahip olmalıdır.
- 9-) Leadler kısaç uçlu olmalıdır.
- 10) Anabilim dalımız holter laboratuvarında kullanılmak üzere 20 adet 5 uçlu EKG kablosu alımı yapılacaktır.
- 11) Garanti takibi için üzerinde yırtılmaz yapıda seri numarası ve üretici firmanın logosu olmalı, arıza durumunda onarım süreci, servis ve yedek parça garantisi verilmelidir.

Ankara Üniversitesi  
Tıp Fakültesi Hastaneleri  
Uzm. Dr. Emir BASKOVSKI  
Dip. Tes. No: 705446  
Kardiyoloji Uzmanı

Ankara Üniversitesi  
Tıp Fakültesi Hastaneleri  
Uzm. Dr. Mehmet Emin KÖSE  
Dip. Tes. No: 705446  
Kardiyoloji Uzmanı

Ankara Üniversitesi  
Tıp Fakültesi Hastaneleri  
Uzm. Dr. Mehmet Emin KÖSE  
Dip. Tes. No: 705446  
Kardiyoloji Uzmanı

## NIHON KOHDEN MARKA HASTABAŞI MÖNİTÖRLERİ İÇİN EKG KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Nihon kohden Life scope marka hastabaşı monitörler ile uyumlu olmalıdır.
2. Kablo monitöre giren ana gövde ve gövdeye enjeksiyon ile sabitlenmiş uç kısımlardan oluşmalıdır.
3. Kablonun uç kısımları kısaç uçlu olmalıdır. Tüm uçlar IEC renk kodlarına uygun olarak değişik renklerden basılmış olmalıdır.
4. Uç kablodaki kısaçlar hiçbir şekilde yay kullanılmamalıdır. Kırılmaya karşı malzemeden yapılmış olmalıdır. Mandalların kabloya bağlantı yerlerinde kablo koruyucusu olmalıdır.
5. Monitör kablosu kıvrımlara karşı dayanıklı TPU malzemeden olmalıdır.
6. Kablonun gövdesinde renk kodları belirtilmeli hem IEC hem de AHA kodlarına göre isimlendirme yapılmış olmalıdır.
7. Kablonun tümü plastik enjeksiyon olmalı, gövde de hiçbir şekilde vida bulunmamalıdır.
8. Kablo içerisinde Türkçe kullanma talimatları bulunmalıdır.
9. CE belgesi olmalıdır.
10. Anabilim dalımız koroner yoğun bakımda kullanılmak üzere 10 adet 3 uçlu EKG kablosu alımı yapılacaktır.
11. Garanti takibi için üzerinde yırtılmaz yapıda seri numarası ve üretici firmanın logosu olmalı, arıza durumunda onarım süreci, servis ve yedek parça garantisi verilmelidir.

Ankara Üniversitesi  
Tıp Fakültesi Hastaneleri  
Uzm. Dr. Emir BASHOVSKI  
T.C. Kimlik No: 706443  
Kardiyoloji Uzmanı

Ankara Üniversitesi  
Tıp Fakültesi Hastaneleri  
Uzm. Dr. Emir BASHOVSKI  
T.C. Kimlik No: 706443  
Kardiyoloji Uzmanı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI  
Uzm. Dr. Emir BASHOVSKI  
T.C. Kimlik No: 706443  
Kardiyoloji Uzmanı