

TELEMETRİ SİSTEMİ İÇİN EKG KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Nihon kohden marka telemetri sistemi ile uyumlu olmalıdır.
2. Kablo transmittere giren ana gövde ve gövdeye enjeksiyon ile sabitlenmiş uç kısımlardan oluşmalıdır.
3. Kablonun uç kısımları kısaç uçlu olmalıdır. Tüm uçlar IEC renk kodlarına uygun olarak değişik renklerden basılmış olmalıdır.
4. Uç kablosundaki kısaçlar hiçbir şekilde yay kullanılmamalıdır. Kırılmaya karşı malzemedan yapılmış olmalıdır. Mandalların kabloya bağlantı yerlerinde kablo koruyucusu olmalıdır.
5. Monitör kablosu kıvrımlara karşı dayanıklı TPU malzemedan olmalıdır.
6. Kablonun gövdesinde renk kodları belirtilmeli hem IEC hem de AHA kodlarına göre isimlendirme yapılmış olmalıdır.
7. Kablonun tümü plastik enjeksiyon olmalı, gövde de hiçbir şekilde vida bulunmamalıdır.
8. Kablo içerisinde Türkçe kullanma talimatları bulunmalıdır.
9. CE belgesi olmalıdır.
10. Anabilim dalımız 7,2 ve 8 katlarda kullanılmak üzere 20 adet 3 uçlu EKG kablosu alımı yapılacaktır.
11. Garanti takibi için üzerinde yırtılmaz yapıda seri numarası ve üretici firmanın logosu olmalı, arıza durumunda onarım süreci, servis ve yedek parça garantisi verilmelidir.

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Uzm. Dr. Emr BASKOVSKI
Dip. Tes. No: 705443
Kardiyoloji Uzmanı

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Uzm. Dr. Burak Ö. Lıyaz
Dip. Tes. No: 174121
Kardiyoloji Uzmanı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Uzm. Dr. Emr BASKOVSKI
Dip. Tes. No: 705443
Dip. Tes. No: 143084