

HOLTER CİHAZLARI İÇİN 5 LEAD 'Lİ EKG KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-) EKG kablosu Biomedical Instruments (BI) holter recorder marka holter cihazlarına uyumlu olmalıdır.
- 3-) Leadlerin 5 ucu da gövdeye beraber takılıp çıkarılabilmelidir.
- 5-) Leadlerin her iki ucunda da renk kodu olmalıdır.
- 6-) Kablonun gövdesinde belirtilen renk kodları hem IEC hem AHA kodlarını göstermelidir.
- 7-) Kablonun tümü plastik enjeksiyon olmalı gövde de hiçbir şekilde vida bulunmamalıdır.
- 8-) Kablolar CE ve ISO belgelerine sahip olmalıdır.
- 9-) Leadler kısaç uçlu olmalıdır.
- 10) Anabilim dalımız holter laboratuvarında kullanılmak üzere 20 adet 5 uçlu EKG kablosu alımı yapılacaktır.
- 11) Garanti takibi için üzerinde yırtılmaz yapıda seri numarası ve üretici firmanın logosu olmalı, arıza durumunda onarım süreci, servis ve yedek parça garantisi verilmelidir.

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Uzm. Dr. Emir BAŞKOVSKI
Dip. Tes. No: 705448
Kardiyoloji Uzmanı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
KARDİYOLOJİ UZMANI
Uzm. Dr. Volkan KOZLUCA
Dip. No: 2006030034
Dip. Tes. No: 705448

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Uzm. Dr. Hüseyin KUBAYAZ
Dip. Tes. No: 705448
Kardiyoloji Uzmanı