

| SIRA NO | MALZEMENİN ADI              | ADET    |
|---------|-----------------------------|---------|
| 1       | Patoloji Kabı 100cc         | 1250    |
| 2       | Patoloji Kabı 250cc         | 3600    |
| 3       | Patoloji Kabı 500cc         | 3515    |
| 4       | Patoloji Kabı 1000cc        | 1490    |
| 5       | Kavanoz Köşeli No:2 (kavis) | 915     |
| 6       | Kavanoz Köşeli No:3 (kavis) | 2000    |
| 7       | Kavanoz Köşeli No:4 (kavis) | 1670    |
| 8       | Kapaklı Patoloji Kabı 10 Lt | 24      |
| 9       | Kapaklı Patoloji Kabı 15 Lt | 104     |
| 10      | Kapaklı Patoloji Kabı 20 Lt | 64      |
| 11      | Kapaklı Patoloji Kabı 25 Lt | 60      |
| 12      | Kapaklı Patoloji Kabı 30 Lt | 60      |
| 13      | Kapaklı Patoloji Kabı 35 Lt | 6       |
| 14      | Kapaklı Patoloji Kabı 40 Lt | 50      |
| 15      | Kapaklı Patoloji Kabı 60 Lt | 14      |
| 16      | Medikal Havlu 30x50 cm      | 109.500 |
| 17      | Havlu 30x50cm               | 100.000 |

Merve Emrehan ERGİNER  
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
İbn-i Sina Hastanesi Ameliyathaneleri  
Hesap Uzman Hemşiresi

H. Sinem AYDIN  
Uzman Hemşire

Prof. Dr. Neslihan ALKİŞ  
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  
İbn-i Sina Hastanesi  
Ameliyathane Birim Sorumlusu  
Diploma No: 7210

## 1. PATOLOJİ KABI KAPAKLI 100CC

1. Hacmi 100 cc. olmalıdır.
2. Sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Şeffaf olmalıdır ve formaline dayanıklı olmalıdır.
4. Solüsyon sızıntısını önleyecek şekilde vidalı, güvenilir kilitli ve sıkı kapaklı olmalıdır.
5. Spesmenleri rahat koyabilmek için ağız kısmı geniş olmalıdır.
6. Kap üzerinde aşağıda belirtilen şekilde, hastaya ait bilgilerin olduğu etiket olmalıdır. Etiket ebadı 4x6 cm. olmalıdır.

| A.Ü.TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| BÖLÜM ADI:                    |                                                          |
| HASTA ADI SOYADI:             |                                                          |
| PROTOKOL NO:                  |                                                          |
| DOĞUM TARİHİ:                 | C: K <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> |
| HEKİM ADI:                    |                                                          |
| TARİH:                        | SAAT:                                                    |
| ALINDIĞI YER:                 |                                                          |
| ALINIŞ ŞEKLİ:                 |                                                          |

## 2. PATOLOJİ KABI KAPAKLI 250CC

1. Hacmi 250 cc. olmalıdır.
2. Sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Şeffaf olmalıdır ve formaline dayanıklı olmalıdır.
4. Solüsyon sızıntısını önleyecek şekilde vidalı, güvenilir kilitli ve sıkı kapaklı olmalıdır.
5. Spesmenleri rahat koyabilmek için ağız kısmı geniş olmalıdır.
6. Kap üzerinde aşağıda belirtilen şekilde, hastaya ait bilgilerin olduğu etiket olmalıdır. Etiket ebadı 4x6 cm. olmalıdır.

| A.Ü.TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| BÖLÜM ADI:                    |                                                          |
| HASTA ADI SOYADI:             |                                                          |
| PROTOKOL NO:                  |                                                          |
| DOĞUM TARİHİ:                 | C: K <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> |
| HEKİM ADI:                    |                                                          |
| TARİH:                        | SAAT:                                                    |
| ALINDIĞI YER:                 |                                                          |
| ALINIŞ ŞEKLİ:                 |                                                          |

Prof. Dr. Neslihan ALKİŞ  
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  
İbni Sina Hastanesi  
Ameliyathane Birim Sorumlusu  
Diploma No: 7210

Merve Erdoğdu ERENER  
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
İbni Sina Hastanesi  
Ameliyathane Birim Sorumlusu  
Diploma No: 7210

H. Ertan ALTIN  
Uzman Hemşire

### 3. PATOLOJİ KABI KAPAKLI 500CC

1. Hacmi 500 cc. olmalıdır.
2. Sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Şeffaf olmalıdır ve formaline dayanıklı olmalıdır.
4. Solüsyon sızıntısını önleyecek şekilde vidalı, güvenilir kilitli ve sıkı kapaklı olmalıdır.
5. Spesmenleri rahat koyabilmek için ağız kısmı geniş olmalıdır.
6. Kap üzerinde aşağıda belirtilen şekilde, hastaya ait bilgilerin olduğu etiket olmalıdır. Etiket ebadı 6x8 cm. olmalıdır.

| A.Ü.TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ |  |                                                          |
|-------------------------------|--|----------------------------------------------------------|
| BÖLÜM ADI:                    |  |                                                          |
| HASTA ADI SOYADI:             |  |                                                          |
| PROTOKOL NO:                  |  |                                                          |
| DOĞUM TARİHİ:                 |  | C: K <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> |
| HEKİM ADI:                    |  |                                                          |
| TARİH:                        |  | SAAT:                                                    |
| ALINDIĞI YER:                 |  |                                                          |
| ALINIŞ ŞEKLİ:                 |  |                                                          |

### 4. PATOLOJİ KABI KAPAKLI 1000CC

1. Hacmi 1000 cc. olmalıdır.
2. Sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Şeffaf olmalıdır ve formaline dayanıklı olmalıdır.
4. Solüsyon sızıntısını önleyecek şekilde vidalı, güvenilir kilitli ve sıkı kapaklı olmalıdır.
5. Spesmenleri rahat koyabilmek için ağız kısmı geniş olmalıdır.
6. Kap üzerinde aşağıda belirtilen şekilde, hastaya ait bilgilerin olduğu etiket olmalıdır. Etiket ebadı 6x8 cm. olmalıdır.

| A.Ü.TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ |  |                                                          |
|-------------------------------|--|----------------------------------------------------------|
| BÖLÜM ADI:                    |  |                                                          |
| HASTA ADI SOYADI:             |  |                                                          |
| PROTOKOL NO:                  |  |                                                          |
| DOĞUM TARİHİ:                 |  | C: K <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> |
| HEKİM ADI:                    |  |                                                          |
| TARİH:                        |  | SAAT:                                                    |
| ALINDIĞI YER:                 |  |                                                          |
| ALINIŞ ŞEKLİ:                 |  |                                                          |

Melike Erdoğan ERENER  
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
İbni Sina Hastanesi  
Hastane Sorumlusu  
Sorumlu Hemşire

Prof. Dr. Neslihan ALKİŞ  
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  
İbni Sina Hastanesi  
Ameliyathane Sorumlusu  
Diploma No: 7210

H. B. ADIN  
Uzman Hemşire



## 5. KAVANOZ KÖŞELİ NO:2

1. Hacmi 1500 cc. olmalıdır.
2. Şeffaf formaline dayanıklı sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Kapaklı olmalıdır.
4. Kabin ağız çapı en az taban çapı kadar olmalıdır.
5. Yapıldığı materyal temiz ve pürüzsüz olmalı, koku içermemelidir.
6. Ürünler kırık ve çatlak olmamalıdır.
7. İstenilen ölçülerde olmalıdır.
8. Kap üzerinde aşağıda belirtilen şekilde, hastaya ait bilgilerin olduğu etiket olmalıdır. Etiket ebadı 8x10 cm. olmalıdır.

| A.Ü.TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ |  |                                                          |
|-------------------------------|--|----------------------------------------------------------|
| BÖLÜM ADI:                    |  |                                                          |
| HASTA ADI SOYADI:             |  |                                                          |
| PROTOKOL NO:                  |  |                                                          |
| DOĞUM TARİHİ:                 |  | C: K <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> |
| HEKİM ADI:                    |  |                                                          |
| TARİH:                        |  | SAAT:                                                    |
| ALINDIĞI YER:                 |  |                                                          |
| ALINIŞ ŞEKLİ:                 |  |                                                          |

Meriye Erdoğan ERENER  
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
İbn-i Sina Ameliyathane Hastaneleri  
Sorumlu Hemşire

H. Sitem APDİN  
Uzman Hemşire

Prof. Dr. Neslihan ALKİŞ  
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  
İbni Sina Hastanesi  
Ameliyathane Eşim Sorumlusu  
Diploma No: 7210

## 6. KAVANOZ KÖŞELİ NO:3

1. Hacmi 2500 cc. olmalıdır.
2. Şeffaf formaline dayanıklı sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Kapaklı olmalıdır.
4. Kabin ağız çapı en az taban çapı kadar olmalıdır.
5. Yapıldığı materyal temiz ve pürüzsüz olmalı, koku içermemelidir.
6. Ürünler kırık ve çatlak olmamalıdır.
7. İstenilen ölçülerde olmalıdır.
8. Kap üzerinde aşağıda belirtilen şekilde, hastaya ait bilgilerin olduğu etiket olmalıdır. Etiket ebadı 8x10 cm. olmalıdır.

| A.Ü.TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ |  |                                                          |
|-------------------------------|--|----------------------------------------------------------|
| BÖLÜM ADI:                    |  |                                                          |
| HASTA ADI SOYADI:             |  |                                                          |
| PROTOKOL NO:                  |  |                                                          |
| DOĞUM TARİHİ:                 |  | C: K <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> |
| HEKİM ADI:                    |  |                                                          |
| TARİH:                        |  | SAAT:                                                    |
| ALINDIĞI YER:                 |  |                                                          |
| ALINIŞ ŞEKLİ:                 |  |                                                          |

Merve Erdoğan ERENER  
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
İbni Sina Hastanesi  
Ameliyathane Birim Sorumlusu

H.Ş. NEMEDİN  
Ameliyathane Birim Sorumlusu

Prof. Dr. Neslihan ALKİŞ  
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  
İbni Sina Hastanesi  
Ameliyathane Birim Sorumlusu  
Diploma No: 7210

#### 7. KAVANOZ KÖŞELİ NO:4

1. Hacmi 4000 cc. olmalıdır.
2. Şeffaf formaline dayanıklı sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Kapaklı olmalıdır.
4. Kabin ağız çapı en az taban çapı kadar olmalıdır.
5. Yapıldığı materyal temiz ve pürüzsüz olmalı, koku içermemelidir.
6. Ürünler kırık ve çatlak olmamalıdır.
7. İstenilen ölçülerde olmalıdır.
8. Kap üzerinde aşağıda belirtilen şekilde, hastaya ait bilgilerin olduğu etiket olmalıdır. Etiket ebadı 8x10 cm. olmalıdır.

| A.Ü.TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ |  |                                                          |
|-------------------------------|--|----------------------------------------------------------|
| BÖLÜM ADI:                    |  |                                                          |
| HASTA ADI SOYADI:             |  |                                                          |
| PROTOKOL NO:                  |  |                                                          |
| DOĞUM TARİHİ:                 |  | C: K <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> |
| HEKİM ADI:                    |  |                                                          |
| TARİH:                        |  | SAAT:                                                    |
| ALINDIĞI YER:                 |  |                                                          |
| ALINIŞ ŞEKLİ:                 |  |                                                          |

Merve Erdoğan ERENER  
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
İbn-i Sina Hastanesi  
Hastane Ameliyathane Sorumlusu

H. Sinem AYDIN  
Uzman Hemşire

Prof. Dr. Neslihan AL KİS  
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  
İbni Sina Hastanesi  
Ameliyathane Birim Sorumlusu  
Diploma No: 7210

## 8. PATOLOJİ KABI KAPAKLI (10 Lt)

1. Hacmi istenilen ölçülerde olmalıdır.
2. Sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Şeffaf olmalıdır, formaline dayanıklı olmalıdır.
4. Formaldehit solüsyonuna dayanıklı olmalıdır.
5. Solüsyon sızıntısını önleyecek şekilde ve sıkı kapaklı olmalıdır. Kapağı tam ve kolay açılıp kapanmalıdır. Her iki taraf kapağındaki kilit kolu ile tutucuları olmalıdır.
7. Spesmenleri kolay koyabilmek için dikdörtgen şeklinde olmalıdır.
8. Kap üzerinde aşağıda belirtilen şekilde, hastaya ait bilgilerin olduğu etiket olmalıdır. Etiket ebadı 8x10 cm. olmalıdır.

| A.Ü.TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ |  |                                                          |
|-------------------------------|--|----------------------------------------------------------|
| BÖLÜM ADI:                    |  |                                                          |
| HASTA ADI SOYADI:             |  |                                                          |
| PROTOKOL NO:                  |  |                                                          |
| DOĞUM TARİHİ:                 |  | C: K <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> |
| HEKİM ADI:                    |  |                                                          |
| TARİH:                        |  | SAAT:                                                    |
| ALINDIĞI YER:                 |  |                                                          |
| ALINIŞ ŞEKLİ:                 |  |                                                          |

Meriye Erdoğan ERENER  
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
İbn-i Sina Hastanesi  
Hastane Ameliyathane Birim Sorumlusu  
Uzman Hemşire

Dr. Sinem Ayvaz  
Uzman Hemşire

Prof. Dr. Neslihan ALKİŞ  
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  
İbn-i Sina Hastanesi  
Ameliyathane Birim Sorumlusu  
Diploma No: 7210



## 9. PATOLOJİ KABI KAPAKLI (15 Lt)

1. Hacmi istenilen ölçülerde olmalıdır.
2. Sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Şeffaf olmalıdır, formaline dayanıklı olmalıdır.
4. Formaldehit solüsyonuna dayanıklı olmalıdır.
5. Solüsyon sızıntısını önleyecek şekilde ve sıkı kapaklı olmalıdır. Kapağı tam ve kolay açılıp kapanmalıdır. Her iki taraf kapağındaki kilit kolu ile tutucuları olmalıdır.
6. Spesmenleri kolay koyabilmek için dikdörtgen şeklinde olmalıdır.
7. Kap üzerinde aşağıda belirtilen şekilde, hastaya ait bilgilerin olduğu etiket olmalıdır. Etiket ebadı 8x10 cm. olmalıdır.

| A.Ü.TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ |  |                                                          |
|-------------------------------|--|----------------------------------------------------------|
| BÖLÜM ADI:                    |  |                                                          |
| HASTA ADI SOYADI:             |  |                                                          |
| PROTOKOL NO:                  |  |                                                          |
| DOĞUM TARİHİ:                 |  | C: K <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> |
| HEKİM ADI:                    |  |                                                          |
| TARİH:                        |  | SAAT:                                                    |
| ALINDIĞI YER:                 |  |                                                          |
| ALINIŞ ŞEKLİ:                 |  |                                                          |

Merve Erdemir ERENER  
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
İbni Sina Hastanesi Ameliyathane Birim Sorumlusu

H. SİDİK DİN  
Uzman Hemşire

Prof. Dr. Neslihan ALKIS  
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  
İbni Sina Hastanesi  
Ameliyathane Birim Sorumlusu  
Diploma No: 7210



# 10. PATOLOJİ KABI KAPAKLI (20 Lt)

1. Hacmi istenilen ölçülerde olmalıdır.
2. Sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Şeffaf olmalıdır, formaline dayanıklı olmalıdır.
4. Formaldehit solüsyonuna dayanıklı olmalıdır.
5. Solüsyon sızıntısını önleyecek şekilde ve sıkı kapaklı olmalıdır. Kapağı tam ve kolay açılıp kapanmalıdır. Her iki taraf kapağındaki kilit kolu ile tutucuları olmalıdır.
6. Spesmenleri kolay koyabilmek için dikdörtgen şeklinde olmalıdır.
7. Kap üzerinde aşağıda belirtilen şekilde, hastaya ait bilgilerin olduğu etiket olmalıdır. Etiket ebadı 8x10 cm. olmalıdır.

| A.Ü.TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ |  |                                                          |
|-------------------------------|--|----------------------------------------------------------|
| BÖLÜM ADI:                    |  |                                                          |
| HASTA ADI SOYADI:             |  |                                                          |
| PROTOKOL NO:                  |  |                                                          |
| DOĞUM TARİHİ:                 |  | C: K <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> |
| HEKİM ADI:                    |  |                                                          |
| TARİH:                        |  | SAAT:                                                    |
| ALINDIĞI YER:                 |  |                                                          |
| ALINIŞ ŞEKLİ:                 |  |                                                          |

Merve Erdoğan ERENER  
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
İbnü Sina Hastanesi  
Ameliyathane Birim Sorumlusu

Y.H. Sinan AYDIN  
Diyadin

Prof. Dr. Neslihan ALKİŞ  
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  
İbnü Sina Hastanesi  
Ameliyathane Birim Sorumlusu  
Diploma No: 7210

### 11. PATOLOJİ KABI KAPAKLI (25 Lt)

1. Hacmi istenilen ölçülerde olmalıdır.
2. Sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Şeffaf olmalıdır, formaline dayanıklı olmalıdır.
4. Formaldehit solüsyonuna dayanıklı olmalıdır.
5. Solüsyon sızıntısını önleyecek şekilde ve sıkı kapaklı olmalıdır. Kapağı tam ve kolay açılıp kapanmalıdır. Her iki taraf kapağındaki kilit kolu ile tutucuları olmalıdır.
6. Spesmenleri kolay koyabilmek için dikdörtgen şeklinde olmalıdır.
7. Kap üzerinde aşağıda belirtilen şekilde, hastaya ait bilgilerin olduğu etiket olmalıdır. Etiket ebadı 8x10 cm. olmalıdır.

| A.Ü.TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ |  |                                                          |
|-------------------------------|--|----------------------------------------------------------|
| BÖLÜM ADI:                    |  |                                                          |
| HASTA ADI SOYADI:             |  |                                                          |
| PROTOKOL NO:                  |  |                                                          |
| DOĞUM TARİHİ:                 |  | C: K <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> |
| HEKİM ADI:                    |  |                                                          |
| TARİH:                        |  | SAAT:                                                    |
| ALINDIĞI YER:                 |  |                                                          |
| ALINIŞ ŞEKLİ:                 |  |                                                          |

Met. e Erdoğan ERENER  
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
İbn-i Sina Hastanesi  
Histopatoloji Anabilim Dalı  
Başkanı

Dr. Sinem AKDIN  
Histopatoloji

Prof. Dr. Neslihan ALKİŞ  
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  
İbni Sina Hastanesi  
Ameliyathane Birim Sorumlusu  
Diploma No: 1210

## 12. PATOLOJİ KABI KAPAKLI (30 Lt)

1. Hacmi istenilen ölçülerde olmalıdır.
2. Sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Şeffaf olmalıdır, formaline dayanıklı olmalıdır.
4. Formaldehit solüsyonuna dayanıklı olmalıdır.
5. Solüsyon sızıntısını önleyecek şekilde ve sıkı kapaklı olmalıdır. Kapağı tam ve kolay açılıp kapanmalıdır. Her iki taraf kapağındaki kilit kolu ile tutucuları olmalıdır.
6. Spesmenleri kolay koyabilmek için dikdörtgen şeklinde olmalıdır.
7. Kap üzerinde aşağıda belirtilen şekilde, hastaya ait bilgilerin olduğu etiket olmalıdır. Etiket ebadı 8x10 cm. olmalıdır.

| A.Ü.TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ |  |                                                          |
|-------------------------------|--|----------------------------------------------------------|
| BÖLÜM ADI:                    |  |                                                          |
| HASTA ADI<br>SOYADI:          |  |                                                          |
| PROTOKOL NO:                  |  |                                                          |
| DOĞUM TARİHİ:                 |  | C: K <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> |
| HEKİM ADI:                    |  |                                                          |
| TARİH:                        |  | SAAT:                                                    |
| ALINDIĞI YER:                 |  |                                                          |
| ALINIŞ ŞEKLİ:                 |  |                                                          |

Merve Erdoğan ERENER  
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
İbn-i Sina Ameliyathane ve Uzmanlık  
Hastanesi  
Sorumlu Hemşire

A. Sineni  
Gözetmen

Prof. Dr. Nesrin ALKİŞ  
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
İbni Sina Hastanesi  
Ameliyathane Sorumlusu  
Diploma No: 7210

### 13. PATOLOJİ KABI KAPAKLI (35 Lt)

1. Hacmi istenilen ölçülerde olmalıdır.
2. Sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Şeffaf olmalıdır, formaline dayanıklı olmalıdır.
4. Formaldehit solüsyonuna dayanıklı olmalıdır.
5. Solüsyon sızıntısını önleyecek şekilde ve sıkı kapaklı olmalıdır. Kapağı tam ve kolay açılıp kapanmalıdır. Her iki taraf kapağındaki kilit kolu ile tutucuları olmalıdır.
6. Spesmenleri kolay koyabilmek için dikdörtgen şeklinde olmalıdır.
7. Kap üzerinde aşağıda belirtilen şekilde, hastaya ait bilgilerin olduğu etiket olmalıdır. Etiket ebadı 8x10 cm. olmalıdır.

| A.Ü.TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ |  |                                                             |
|-------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|
| BÖLÜM ADI:                    |  |                                                             |
| HASTA ADI<br>SOYADI:          |  |                                                             |
| PROTOKOL NO:                  |  |                                                             |
| DOĞUM TARİHİ:                 |  | C: K <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> |
| HEKİM ADI:                    |  |                                                             |
| TARİH:                        |  | SAAT:                                                       |
| ALINDIĞI YER:                 |  |                                                             |
| ALINIŞ ŞEKLİ:                 |  |                                                             |

Merve Erdoğan ERENER  
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
İbn-i Sina Hastanesi  
Ameliyathane Birim Sorumlusu  
Sorumlu Hemşiresi

H. Sinem AYDIN  
Uzman Hemşire

Prof. Dr. Meslihan ALKİŞ  
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  
İbn-i Sina Hastanesi  
Ameliyathane Birim Sorumlusu  
Diploma No: 7210



#### 14. PATOLOJİ KABI KAPAKLI (40 Lt)

1. Hacmi istenilen ölçülerde olmalıdır.
2. Sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Şeffaf olmalıdır, formaline dayanıklı olmalıdır.
4. Formaldehit solüsyonuna dayanıklı olmalıdır.
5. Solüsyon sızıntısını önleyecek şekilde ve sıkı kapaklı olmalıdır. Kapağı tam ve kolay açılıp kapanmalıdır. Her iki taraf kapağındaki kilit kolu ile tutucuları olmalıdır.
6. Spesmenleri kolay koyabilmek için dikdörtgen şeklinde olmalıdır.
7. Kap üzerinde aşağıda belirtilen şekilde, hastaya ait bilgilerin olduğu etiket olmalıdır. Etiket ebadı 8x10 cm. olmalıdır.

| A.Ü.TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ |  |                                                          |
|-------------------------------|--|----------------------------------------------------------|
| BÖLÜM ADI:                    |  |                                                          |
| HASTA ADI SOYADI:             |  |                                                          |
| PROTOKOL NO:                  |  |                                                          |
| DOĞUM TARİHİ:                 |  | C: K <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> |
| HEKİM ADI:                    |  |                                                          |
| TARİH:                        |  | SAAT:                                                    |
| ALINDIĞI YER:                 |  |                                                          |
| ALINIŞ ŞEKLİ:                 |  |                                                          |

Merve Erdoğan CRENER  
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
İbn-i Sina Hastanesi  
Hastanede Sorumlu Hemşire

Y. AKDİN  
Hastanede Sorumlu Hemşire

Prof. Dr. Neslihan ALKİŞ  
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  
İbni Sina Hastanesi  
Ameliyathane Birim Sorumlusu  
Diploma No: 7210

### 15.PATOLOJİ KABI KAPAKLI (60 Lt)

1. Hacmi istenilen ölçülerde olmalıdır.
2. Sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Şeffaf olmalıdır, formaline dayanıklı olmalıdır.
4. Formaldehit solüsyonuna dayanıklı olmalıdır.
5. Solüsyon sızıntısını önleyecek şekilde ve sıkı kapaklı olmalıdır. Kapağı tam ve kolay açılıp kapanmalıdır. Her iki taraf kapağındaki kilit kolu ile tutucuları olmalıdır.
6. Spesmenleri kolay koyabilmek için dikdörtgen şeklinde olmalıdır.
7. Kap üzerinde aşağıda belirtilen şekilde, hastaya ait bilgilerin olduğu etiket olmalıdır. Etiket ebadı 8x10 cm. olmalıdır.

| A.Ü.TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ |  |                                                          |
|-------------------------------|--|----------------------------------------------------------|
| BÖLÜM ADI:                    |  |                                                          |
| HASTA ADI SOYADI:             |  |                                                          |
| PROTOKOL NO:                  |  |                                                          |
| DOĞUM TARİHİ:                 |  | C: K <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> |
| HEKİM ADI:                    |  |                                                          |
| TARİH:                        |  | SAAT:                                                    |
| ALINDIĞI YER:                 |  |                                                          |
| ALINIŞ ŞEKLİ:                 |  |                                                          |

### 16. MEDİKAL HAVLU

1. 30x50 cm. ebatlarında olmalıdır.
2. 60 gr/m<sup>2</sup> beyaz renk, kendi ağırlığının 10 katı sıvı absorbe edebilen malzemeden üretilmelidir.
3. Selüloz bazlı nonwoven materyalden üretilmiş olmalıdır.
4. Tüylene ve tiftiklenme yapmamalıdır.
5. Havsız olmalıdır.
6. Sıvı temasından sonra yırtılma mukavemetini kaybetmemelidir.
7. Medikal kullanım amacına uygun olmalıdır.
8. Anti statik olmalıdır.
9. Anti alerjik olmalıdır.
10. Tek kullanımlık non steril olmalıdır. 100'lük naylon ambalajlarda teslim edilmelidir. Ambalaj üzerinde ürün bilgileri yazılı olmalıdır.

Meriye Erdogan ERENER  
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
İbn-i Sina Hastanesi Ameliyathaneleri  
Sorumlu Hemşire

İ.S. ERENER  
Uzman Hemşire

Prof. Dr. Neslihan AKIŞ  
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
İbn-i Sina Hastanesi  
Ameliyathane Birim Sorumlusu  
Diploma No: 7210

## 17. HAVLU 30X50 CM

1. Ebatları 30x50 cm. olmalıdır.
2. 20/2 ring ipliğinden dokunmuş olmalıdır.
3. %100 pamuk ipliğinden üretilmiş olmalı ve firma beyan etmelidir.
4. 134 °C ısıya dayanıklı olmalıdır.
5. Hidrofilli (emici) olmalıdır.
6. Havlunun ağırlığı 75 gr.  $\pm$  5 gr. olmalıdır.
7. Kurulandıktan sonra elde pamuk ve lif bırakmayacak özellikte olmalıdır.
8. Yıkanmadan sonra morfolojik yapısında değişiklik olmamalıdır.
9. Havlu kenarları temiz dikiş olmalıdır.
10. Havlular en fazla 20'lik paketler halinde olmalıdır.
11. Üretici firma ve bayii, üründe yaşanabilecek bir sıkıntıya karşı taahhüt vermelidir.

Merve Erdogan ERENER  
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
İbn-i Sina Hastanesi Ameliyathane Birim Sorumlusu  
Sorumlu Hemşiresi

M. Sinem AYDIN  
Uzman Hemşire

Prof. Dr. Neslihan ALKİŞ  
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  
İbni Sina Hastanesi  
Ameliyathane Birim Sorumlusu  
Diploma No: 7210