

180276

TEKNİK ÖZELLİKLER-MİKROSANTRİFÜJ TÜPÜ 2ml

1. Yarısıydam polipropilenden üretilmiş olmalıdır.
2. DNase, RNase Pyrogen free olmalıdır.
3. Steril olmalıdır.
4. Sızdırmayan, kendinden kilitli kapak olmalıdır.
5. Yan yüzü rodajlı olmalıdır.
6. Otoklavlanabilir olmalıdır.
7. Dibi konik olmalıdır.
8. 14000 rpm'lik santrifüj işlemine dayanıklı olmalıdır.
9. Ürünler ISO veya CE gibi uluslararası kalite standartlarından en az birine sahip olmalıdır.
10. Teklifte birlikte şartnameye uygunluğun denetlenebilmesi için 5 adet numune verilmesi gerekmektedir. İhale sonrası teslim edilen ürünler numune ile birebir uyumlu olmalıdır. Ürünün ambalajında değişiklik olması durumunda, bu durum belgelendirilmeli ve laboratuvar onayı alındıktan sonra teslimat yapılmalıdır.

Uzm.Bio. Deniz Topdağı



Uzm.Bio. Ridvan Göksel Anıaçık



Doç.Dr. Klara DALVA

