

CF-HQ190L Kolonoskop TAMİRİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu teknik şartname Gastroenteroloji Bilim Dalı Endoskopi Ünitesinde kullanılmakta olan 25198/98 Seri Nolu CF-HQ190L Model cihazın tamirini içermektedir.

1. CF-HQ190L model Kolonoskop tamiri, Endoskopik görüntüleme cihazlarının Türkiye'de yetkili firması veya yetkilendirdiği firma tarafından yapılmalıdır.
2. Firma yetkili olduğu belgeyi ibraz etmelidir. Yetkili olmayan firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
3. CF-HQ190L model Kolonoskop tamir işlemi, orjinal parçaları sağlanmış olmalıdır.
4. Teklif veren firmalar, Tamirde Kullanılacak yedek parçalar 27 Ocak 2003 tarihinde Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen 2002-95-EC numaralı elektronik ürünlerde belirli zararlı elementlerin kullanımını kısıtlayan yönerge ve bu yönergenin 30 Mayıs 2008'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş hali olan "BAZI ZARARLI MADDELERİN KULLANIMININ SINIRLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK" uyarınca RoHS yönetmeliklerine tam uyumlu olmalıdır. Teklif veren firma tamirde kullanılacak yedek parçaların RoHS yönetmeliklerine tam olarak uyumlu olduğunu yazılı olarak taahhüt etmeli ve bu konuda yedek parça üreticisinin beyanını da sunmalıdır.

* RoHS yönetmeliği altında kullanımı kısıtlandırılan maddelerin (homojen bir malzeme içerisinde, kurşun, cıva, krom, polibromürlübifenil ve polibromürlüdifenil eter, kadmiyum) yönetmelikte belirtilen miktarların üzerinde kullanıldığında insan sağlığına ve çevreye zarar verebilmektedir. Bu maddelerin doğrudan insan vücudu içine sokulan endoskop cihazlarının tamirinde kullanılması ise hasta sağlığını ciddi anlamda tehlikeye atabilmektedir. Bu nedenle tamirde kullanılan yedek parçaların RoHS uyumluluğu belgelendirilmelidir. Teklif veren firma tamirde kullanılacak yedek parçaların RoHS yönetmeliklerine tam olarak uyumlu olduğunu yazılı olarak taahhüt etmeli ve bu konuda yedek parça üreticisinin beyanını da sunmalıdır.

5. Tamir sonunda bölümün, en az 1 vakada denemesi sonrası karar verilecektir.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzm. Dr. Amed TRAK
Gastroenteroloji B.D
Dip. No: 196481