

FRENLİ TEKERLEK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tekerlek sac jant üzerine basılı olacaktır.
2. Tekerlek ölçüleri 150x30 mm ölçülerinde olacaktır.
3. Tekerlekler frenli sistem olacaktır.
4. Tekerlek 144 kg taşıma özelliğinde olacaktır.
5. Tekerlek sırt malzemesi poliproilen olacaktır.
6. Ürünler imalat ve üretim hatalarına karşı 2 yıl garantili olacaktır.

Sermin KÜÇÜKŞEN
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama
Hastanesi Ameliyathaneleri
Sorumlu Hemşire

Prof. Dr. Ömer GÜLPINAR



Prof. Dr. Nezihan ALKİŞ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İbn-i Sina Hastanesi
Ameliyathane Sorumlusu
Diploma No: 7210

