

TEKNİK ŞARTNAME

Konu: Ankara Üniversitesi Dekanlığında bulunan Fizyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarında kullanılan SANYO Marka MDF-U73V Model -80 derin dondurucunun sisteminde kaçak tespit edilmiştir.

Bu şartname bakım ve onarım işini kapsar

1. Cihaza gerekli arıza tespitleri yapılarak teknik servis formuna yazılacaktır.
2. Cihaza ait drayerler değişecektir.
3. Cihazda değiştirilecek bütün parçalar orijinal yedek parçası olacaktır.
4. Cihazda kimyasallı sistem temizliği yapılacaktır.
5. Cihazda orijinaline uygun gaz şarjı yapılacaktır.
6. Teklif verecek firmalar cihazı yerinde görecektir ve arızaları tespit edecektir sonradan çıkan arızalar dikkate alınmayacaktır.
7. Cihazda değişen veya sökülen parçalar ilgili birime teslim edilecektir.
8. Cihaza ait gerekli bakımlar ve testler yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.
9. Yapılan iş yüklenici firma tarafından 1 yıl garanti kapsamı içerisinde olacaktır.

İstenilen Belgeler:

-Teknik servis sağlayıcılarının Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen "TSE12426 Yetkili servisler-Tıbbi Cihazlar- Kurallar" veya "TSE13703 Özel Servisler- Tıbbi Cihazlar – Kurallar" standardına göre düzenlenen Hizmet Yeri Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

TEKNİSYEN

YUNUS EMRE ŞALİŞ



TEKNİSYEN

RECEP ÖNDER BAYSAL



TEKNİSYEN

GÖRKEM ALTIN

