

181662

(SRF 02509) BONCUK PARAFİN

1. Patolojik çalışmalarda kullanıma uygun olmalıdır.
2. Beyaz renkli boncuk şeklinde olmalıdır.
3. Erime sıcaklığı 56-58 C° olmalıdır.
4. 10 kg'lık toz ve nemden koruyan orijinal ambalajlarda olmalıdır.
5. Üretici tarafından verilen analiz sertifikası teslim edilmelidir.
6. Orijinal etiket üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır
7. İhale tarihinden önce numune mutlaka getirilmelidir.
8. Uygunluğu laboratuvarımızca saptanmış olmalıdır.
9. Doku takibinde iyi netice vermeli ve doku takip cihazlarının tıkamamalıdır.
10. Parafin blokları mikrotomda keserken seri şekilde hiç kopmadan şerit şeklinde halde kesilebilmelidir.
11. Bloklama ve kesme işlemlerinde çatlayıp kırılmamalıdır.
12. Dokuları mikrotom ile keserken iyi kesilmesini sağlamalı ve ele yapışmaması gerekmektedir.
13. Blok makinasıda kullanırken Parafin blok yapılan makinanın pompasını tıkamamalıdır.
14. Getirilen Parafin firma yetkilisi önünde 1 kg tartılarak 60 derecede sıvı hale getirilip litre olarak ölçülecek ve litre olarak fazla gelen numune tercih sebebi olacaktır.
15. İstekliler, Teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerini (ihale tarihinden itibaren 5(beş) gün içerisinde), varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerini vereceklerdir.
16. Gönderilen ve laboratuvarıda denenmiş numunenin yerine getirdiği özelliklerin teslim edilen ürünün tamamında gözlenmesi gerekmektedir. Bu durum, teslimat aşamasında gerekli görülürse yeniden test ettirilecek ve sonucun uygun olmaması halinde zarar firma tarafından karşılanacaktır.
17. Maddenin öncelikle varsa UBB kaydı, yoksa CE, TSE, FDA ya da ISO belgesinin verilmesi zorunludur
18. Kabulü yapılan malzeme bölümün istediği tarihlerde partiler halinde teslim edilecektir.
19. Malzeme teslim edilirken malzemeye ait Türkçe MSDS(Güvenlik Formu)' da teslim edilmek zorundadır
20. Teslim edilen malzemeler teslim tarihi itibari ile en az 1 yıl miadı olmalıdır.
21. Bölümün elinde eski miadı malzeme kalmışsa yenisi ile bedelsiz olarak değiştirilmelidir.

Prof.Dr.Gülşah KAYGUSUZ



Prof.Dr.Duygu ENNELİ



Doç.Dr.Cevriye ERSÖZ

