

GLYCİN ŞARTNAME

181668

1. Cas Number 56-40-6 olmalıdır.
2. Moleküler ağırlığı 75.07 g/mol olmalıdır
3. Saflık derecesi %99.7 ve üzeri olmalıdır.
4. Nötralizasyon maddesi olarak kullanıma uygun olmalıdır. 5 kg ambalajlarda olmalıdır


Prof.Dr.Gülşah KAYGUSUZ



Prof.Dr.Duygu ENNELİ



Doç.Dr.Cevriye ERSÖZ



1. Histolojik ve sitolojik boyamalara uygun olmalıdır.
2. 2,5 litrelik sızdırmaz, vidalı kapaklı cam veya sert plastikten mamul ışık geçirmeyen orijinal ambalajlarda olmalıdır.
3. Kullanıma hazır sıvı formunda olmalıdır.
4. Alkol bazlı olmalıdır.
5. Çökelti oluşturmamalıdır.
6. Üzerinde orijinal fabrika etiketi bulunmalıdır ve bu etiket üzerinde içindeki malzemenin özellikleri, üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.
7. Urun teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miyadlı olmalıdır.
8. IVD işareti taşınmalıdır.
9. Uygunluğuna laboratuvarımızca test edildikten sonra karar verilecektir.
10. İhaleden önce en az 1 lt numune ve kataloğu mutlaka getirilmelidir.
11. Teklifte malzemenin markası mutlaka belirtilmelidir.
12. Hematoksilen boyamanın bir aşamasında kullanıldığından diğer kimyasallarla uyum sağlayıp preparatları boyayabilmelidir.
13. Kabulü yapılan malzeme bölümün istediği tarihlerde partiler halinde teslim edilecektir.
14. Teslim edilen malzemeler teslim tarihi itibari ile en az 1 yıl miadı olmalıdır.
15. Malzeme teslim edilirken malzemeye ait Türkçe MSDS(Güvenlik Formu)' da teslim edilmek zorundadır
16. Bölümün elinde eski miadı malzeme kalmışsa yenisi ile bedelsiz olarak değiştirilmelidir.
17. Teklif edilen ürünlerin referans ve lot numarası ile uyumlu analiz sertifikası verilmesi yada online belgelenmesi zorunludur.

Prof.Dr.Gülşah KAYGUSUZ



Prof.Dr.Duygu ENNELİ



Doç.Dr.Cevriye ERSÖZ



(SRF02187) HARRİS HEMATOKSİLEN

181668

1. Patoloji laboratuvarında kullanıma uygun olmalıdır
2. Hematoksilen-eozin veya Papanicolaou boyasında kullanılabilir özellikte olmalıdır.
3. Nükleusları mor renkte boyayacak özellikte olmalıdır.
4. Kullanıma hazır sıvı halde, tortu içermeyen formda olmalıdır.
5. 500ml veya 2,5 lt lik boyayı sızdırmayan, vidalı kapaklı cam veya sert plastikten mamul ışığı geçinmeyen ambalajda olmalıdır,
6. Orijinal ambalajında olmalıdır.
7. Üzerinde orijinal fabrika etiketi bulunmalıdır ve bu etiket üzerinde içindeki malzemenin özellikleri, üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.
8. Ürün teslim tarihinden itibaren en az 12 ay miyadlı olmalıdır.
9. Teklifte malzemenin markası mutlaka belirtilmelidir.
10. İstekliler, Teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerini (1 litre) (ihale tarihinden itibaren 5(beş) gün içerisinde), varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerini vereceklerdir.
11. Gönderilen ve laboratuvarında denenmiş numunenin yerine getirdiği özelliklerin teslim edilen ürünün tamamında gözlenmesi gerekmektedir. Bu durum, teslimat aşamasında gerekli görülürse yeniden test ettirilecek ve sonucun uygun olmaması halinde zarar firma tarafından karşılanacaktır.
12. Maddenin öncelikle varsa UBB kaydı, yoksa CE, TSE, FDA yada ISO belgesinin verilmesi zorunludur.
13. Kabulü yapılan malzeme bölümün istediği tarihlerde partiler halinde teslim edilecektir. Teslim edilen malzemeler teslim tarihi itibari ile en az 1 yıl miadı olmalıdır. Bölümün elinde eski miadı malzeme kalmışsa yenisi ile bedelsiz olarak değiştirilmelidir.
14. Malzeme teslim edilirken malzemeye ait Türkçe MSDS(Güvenlik Formu)' da teslim edilmek zorundadır

Prof.Dr.Gülşah KAYGUSUZ



Prof.Dr.Duygu ENNELİ



Doç.Dr.Cevriye ERSÖZ

