

181734

2- REKTAL KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kateter rektal basınç ölçümü için üretilmiş ve steril pakette bulunmalıdır.
- 2- Kateter tek kanal basınç ölçümü için tasarlanmış, 7Fr kalınlıkta olmalı ve yerleştirmeyi kolaylaştırmak için kateter içine guide-wire yerleştirilmiş olmalıdır.
- 3- Kateterler hasta ve transducer yüksekliğinden etkilenmeyen hava ile ölçüm prensibine göre tasarlanmış olmalı, kateterin 360 derece basınç ölçmesini sağlayan basınç ölçüm balonu olmalıdır.
- 4- Kateter distalinde bulunan ölçüm sensör balonu distalin 2,5 cm gerisinde olmalıdır.
- 5- Kateter sertliği hastaya takılması esnasında travma etmeyecek yapıda yumuşak olmalıdır.
- 6- Kateter uzunluğu en az 60 cm olmalı ve 30 cm e kadar cm işaretlemesi olmalıdır.
- 7- Kateter kapalı sisteme sahip olmalı transducer enfeksiyonu ihtimali olmamalıdır.
- 8- Kateterler basınç akım çalışması sırasında hastanın pozisyon değiştirmesi ile oluşan yükseklik farkından etkilenmeden doğru ölçüm yapabilmelidir.
- 9- Kateter transducera bağlanmasını ve çıkarılmasını kolaylaştıran aparatı olmalıdır.
- 10- Kateter luer lock bağlantıları, bağlanacağı transducer rengi ile eşleşecek şekilde mavi renkte üretilmiş ve hatalı bağlantı ihtimalini ortadan kaldıracak şekilde olmalıdır.

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Ömer Güntekin
Üroloji Uzmanı
Dip. No: 3001 Uz. İn. No: 13307116633

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İbni Sina Hastanesi
Prof. Dr. Kazım AYDOĞ
Üroloji Uzmanı
Diploma No: 6787

AÜTF İbni Sina Hastanesi
Üroloji Uzmanı
Doç. Dr. Mustafa SUER
Dip. Tes. No: 115776

23 - VAKUMLU SIVI ASPIRASYON ATIĞI SİSTEMİ 2000CC

1. Malzemenin vakum bağlantı çıkışında bakteriyel filtre olmalıdır.
2. Aspiratın vakum kaynağına veya filtreye gelerek, kontamine olmasını engelleyen emniyet sistemi bulunmalıdır.
3. Örnek alınması için bir girişi olmalıdır.
4. Materyalle birlikte aspirasyon hortumu da birlikte olmalıdır.
5. Aspirasyon hortumunun bir ucu malzemenin vakum konnektörüne diğer ucu aspirasyon kateterine girecek şekilde uygun yapıda olmalıdır.
6. İlgili firma hastanedeki sabit vakum hatlarının kullanılabilmesi için gerekli tadilat ve ilaveleri yapacak, sabit ve seyyar konteynırları yerleştirecektir.
7. Cihazlarla ve sistemle ilgili her türlü eğitim hizmeti firmanın sorumluluğunda olacaktır. Malzemeyi veren firma, malzemeleri ve aspirasyon sistemi bağlantıları ile ilgili sorunlara müdahale edebilecek şekilde anında personel desteği ile servis verecektir.
8. İhaleyi kazanan firma, 1500 cc - 2000 cc lik sistem için servislere 600 adet sabit container kuracaktır.
9. Torba dolduğunda cannisterden rahat ve güvenli bir şekilde çıkarabilmesi için torba üzerinde taşıma kulbu bulunmalıdır ve bu kulp rahat taşımayı da sağlamalıdır.
10. Torba üzerinde hacmini gösteren ibare bulunmalıdır.
11. Torbalar darbelere karşı dayanıklı olmalıdır. Düşmesi durumunda yırtılmamalı içindeki içeriği sızdırmamalıdır.

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Prof. Dr. Serkan ENÖN
Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Dip. Tes. No: 90593

Dr. Lütfi m. İmran
Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Doç. Dr. Süreyya Mustafa YENİGÜN
Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Dip. Tes. No: 103400

Dr. Yusuf Kalya
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ
Doç. Dr. Yusuf KAHYA
Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Dip. Tes. No: 13776