

ACİL ARABASI İÇİN PLASTİK GÜVENLİK MÜHÜRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Plastik Güvenlik Mühürü Toplam 1000 Adet
1. Dairesel turnaklı çekmeli plastik mühür olmalıdır.
 2. Ham maddesi polipropilen olmalıdır.
 3. Yüksek mukavemetli plastik klips ile kitleme yuvası olmalıdır.
 4. Kullanımda olan acil müdahale arabalarının kilit yerine uyumlu olmalıdır.
 5. 17 cm (± 2 cm) uzunluğunda olmalıdır.
 6. Üzerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi yazısı olmalıdır.
 7. Üzerinde sıralı seri numaraları olmalıdır.

İbni Sina Hastanesi ve Acil Servis Hastanesi Teknik Hizmetleri Şube Başkanı
İbni Sina Hastanesi ve Acil Servis Hastanesi
Biyomedikal Güven Sorumlusu

Tahir Ecer

Başak Özcan