

XENON LAMBA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lamba 300W Xenon olmalıdır.
2. Kliniğimizde bulunan Olympus marka CLV-260SL model soğuk ışık kaynağı ile uyumlu olmalıdır.
3. Xenon lambanın ömrü sürekli kullanımda ortalama 500 saat olmalı, xenon lamba ile birlikte lambanın ömrünü gösteren bir adet indikatör verilmelidir.
4. Farklı marka ve model Xenon lamba teklif edecek firmalar, Kliniğimizde bulunan Olympus marka soğuk ışık kaynağı üreticisi tarafından verilmiş olan uygunluk belgesini, ayrıca akredite test laboratuvarlarından alınmış uygunluk test belgesini ibraz etmelidir.
5. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunmalıdırlar.

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Prof. Dr. Demet KARNAK
Dip. Tes. No: 109965
Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Prof. Dr. Demet KARNAK
Dip. Tes. No: 109965
Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Prof. Dr. Fatma ARSLAN
Dip. Tes. No: 109965
Göğüs Hastalıkları Uzmanı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TIBBİ SARF MALZEMELERİ ve LABORATUAR MALZEMELERİ İSTEM FORMU

I. Tıbbi Sarf Malzeme Adı: <u>Su Geçirmez Kapak</u> Laboratuvar Malzeme Adı: <u>Göğüs Hast. Bronkoskopi</u> İsteyen Bölüm: <u>Göğüs Hast. Bronkoskopi</u>
II. Miktar (Adet, ml, vs.): <u>5 (Bos) Adet</u>
III. Malzemenin Takdim Şekli (Ör. 12 adet malzeme içeren 1 kutu, 1 şişe 1000ml, 100 testlik bir kutu, vs.): <u>Adet</u>
IV. İstenen Miktarın Tahmini Tüketim Süresi:
V. Satın alındığı şekli ile kaç hastada kullanılıyor. (Ör. 1000 ml solüsyon, yaklaşık 1000 hasta ancak %20 test ve kalibrasyon kaybı, vs.) <u>2 yıl</u>
VI. Malzeme birden çok hastada kullanılabilir mi? ☒ Evet ☐ Hayır Her birim malzeme kaç hastada kullanılabilir?
Evet ise:
VII. Önceki Kullanım: ☐ Firma tarafından bırakılan örnek malzeme denendi. ☐ Reçete edilerek süredir kullanılıyor. ☐ İlk defa kullanılacak ☐ Döner Sermaye kanalı ile daha önce alındı. ☒ Diğer kaynaklardan temin edildi. Açıklama:
☐ Malzeme ile ilgili şikayet veya öneri:
VIII. Tıbbi Malzeme deposundan gönderilen aylık liste incelendiğinde depoda, ☒ Yok ☐ Var Varsa İstem nedeni (Ör. Ebatları uygun değil, vs.)
IX. Malzemenin tek başına tahakkuku mümkün değil, ancak diğer malzemelerle birleştirildiğinde tahakkuk edilebiliyor. ☐ Hayır ☐ Evet (Açıklama veya kullandığı testin kodu):
X. Teknik Şartname eklidir. ☒ Teknik Şartname yok. ☐ Önemli Not 1: Teknik Şartname ABD/BD üç üyesi tarafından imzalanmış olarak gönderilecektir. Not 2: Birim teknik raporu seçilen ve seçilmeyen tüm malzemeler hakkında görüş bildirilecektir, özellikle malzemelerin tercih edilmeme nedeninin bildirilmesi gerekmektedir.
XI. En son yayınlanan Bütçe Uygulama Talimatındaki işlem veya testin adı; <u>Olympus marka bronkoskopi sisteminin su geçirmez stop raporu</u> • Bütçe Uygulama Talimatı sayfa, kod no:
• Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilgi İşlem Kodu:
• Varsa makro açılımı:
XII. Sözleşme kapsamında mıdır? ☐ Evet ☐ Hayır Sözleşme süresi ve bitiş tarihi:
Sözleşmedeki testlerin birim fiyatları (liste halinde de eklenebilir):

ANABİLİM DALI BAŞKANI

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi
Prof. Dr. Akın KAYA
Diyadin No: 59265
Göğüs Hastalıkları A.B.D.


BASHEKİ

Su Geçirmez Kapak Teknik Şartnamesi

1. Teklif edilen su geçirmez kapak bölümde mevcut Olympus Marka video endoskoplarda kullanıma uygun olmalıdır.
2. Teklif edilen su geçirmez endoskoplarda yıkama esnasında skopun sıvı alımını engellemeye uygun olmalıdır.
3. Teklif edilen su geçirmez kapak reusable olmalı tekrar kullanıma uygun olmalıdır.
4. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunmalıdırlar.


Ankara Ünl. Tıp Fak.Hast.
Tıp. Dr. Demet KARNAK
Dip. Tes. No: 54625
Göğüs Hastalıkları Uzmanı


Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Prof. Dr. Fatma ARSLAN
Dip. Tes. No: 109966
Göğüs Hastalıkları Uzmanı


Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Prof. Dr. Mustafa CİLEK
Dip. Tes. No: 55630
Göğüs Hastalıkları Uzmanı