

TEKNİK ŞARTNAME

KONU: Bu teknik şartname; Cebeci Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı binasında ameliyathanede kullanılmak üzere medikal gaz prizleri değişimi işi hizmet alımında bulunması gerekli teknik özellikleri içermektedir.

1. Pnmatik oksijen prizi 15 adet
2. Pnmatik vakum prizi 15 adet
3. Pnmatik 4 bar kuru hava prizi 15 adet
4. Pnmatik 7 bar kuru hava prizi 10 adet
5. Pnmatik azot prizi 4 adet
6. Oksijen prizi 15 adet
7. Vakum prizi 15 adet
8. Kuru hava prizi 4 bar 15 adet
9. Kuru hava prizi 7 bar 10 adet
10. Azot prizi 4 adet
11. Medikal Gaz Prizleri 2 bölümden oluşmalıdır. Birinci bölüm bakım amacı ile sökülse dahi ikinci bölümden gaz kaçağı olmamalıdır.
12. Prizler çekvalf sistemine sahip olmalıdır.
13. Prizler gaza özel olmalıdır. Başka gaza ait abone fişi ile çalışmamalıdır. Gaz Prizler BS5682 bağlantı Standardında ve EN737-1 kalite standardında olmalıdır.
14. Gaz prizlerinin duvar veya ünitelere monte edilecek parçaları spesifik olacak şekilde indekslenmiş olacaktır, prizlerin özelliklerini belirtecek yazı ve renkler BS 5682:1992 standardında belirtilen renklerde olmalıdır.
15. Medikal gaz prizleri pirinç malzemedan indexleme pimleri paslanmaz çelik malzemedan oluşmalıdır.
16. Medikal gaz prizlerinin gövde kapağı yanmaya ve kırılmaya karşı eloksallı alüminyum malzemedan imal edilmiş olmalıdır.
17. Priz takmak için gerekli kuvvet maksimum 100 N
Priz sökmek için gerekli kuvvet maksimum 110 N, minimum 20 N
18. Gazın geçişine müsaade edecek olan sübap prensibiyle çalışan parça en kolay arızalanan parça olacağı için parça herhangi bir alet gerektirmeden kolayca değiştirilebilmelidir. İkinci

montaj parçası çıkarıldıktan sonra birinci montaj parçası gaz kaçağını önlemeli ve %100 sızdırmazlık sağlamalıdır.

19. Demontaj ve montaj işlemleri yüklenicinin sorumluluğundadır.
20. Gaz Prizlerine 2 yıl garanti ve 5 yıl bedeli mukabilinde yedek parça temin garantisi verilmelidir.
21. Ürün EN 737 Standardına uygun ve CE Belgeli olmalı, Belge Kapsamında açıkça yazılı olmalı ve ihale evrakları ile birlikte onaylı bir kopyası sunulmalıdır
22. İmalatçı firmalar ISO belgeli olacaktır. Belge Kapsamında açıkça yazılı olmalıdır.
23. Yapılacak olan medikal gaz prizleri tanıtım etiketleri teknik personel istediği şekilde hazırlanarak etiketlemelerin yapılması gerekmektedir.
24. Yapımcı firma imalatçı firmanın yetkili bayii olmalı ve yetki belgesini idareye sunmalıdır.
25. Teklif verecek olan firmalar numunelerini Teknik İşler Biriminden onaylatıp ona uygun teklif vermeleri gerekmektedir.
26. Teklif verecek olan firmalar yer gördü belgelerini Teknik İşler Biriminde onaylatmalıdır.
27. Montaj ve bağlantı firma tarafından yapılacaktır.
28. Montaj sırasında extra çıkacak parçalar fiyata dahildir.
29. İş ve işçi güvenliğinden yüklenici firma tek taraflı sorumludur.
30. Yüklenici firma iş yapımı esnasında meydana gelebilecek her türlü hasarı gidermekle yükümlüdür.
31. Teklif verecek olan firmalar numunelerini Teknik İşler Birimine teslim edeceklerdir.

Mustafa ÇALISIR
MG

Kamil TOPUKSAK
A.Ü. Tıp Fak.
Cebeci Hast.
Oksijen Santral Sorumlusu

Fatih Çankar
[Signature]