

HELYUM TÜP DOLUM ŞARTNAMESİ


1-Tüpler medicalgrade helyum gazı ile dolum yapılacaktır.


2-140 bar helyum gazı ile dolduracaktır

3-Helyum saflık derecesi %99 olmalıdır

4- Cihazın gaz basınç sistemine uyumlu olmalıdır.

5- Anabilim Dalımız Koroner Anjiyografi Laboratuvarında kullanılan 2 adet Datascope System 95 marka intraaortik balon pompalarında kullanılmak üzere 1 adet 5 lt ,1 adet 2 lt helyum gazı dolumu yapılacaktır


ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Doç. Dr. Zeynep Kızıllı
Göğüs Hastalıkları Uzmanı


ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Doç. Dr. Zeynep Kızıllı
Göğüs Hastalıkları Uzmanı


ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Doç. Dr. Zeynep Kızıllı
Göğüs Hastalıkları Uzmanı