183095

(T42048) HIGH PROFİLE MİKROTOM BIÇAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Patoloji laboratuvarında mikrotom üzerinde kesit alma işleminde kullanılmak üzere uygun tasarımda olmalıdır.
2. Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş ve çizik oluşturması özel kaplaması ile önlenmiş olmalıdır.
3. Orijinal dispanser kutusunda 50 adet bıçak bulunmalıdır.
4. Laboratuvarımızda bulunan high profile mikrotom bıçak tutucusu ile uyumlu olmalıdır.
5. Bıçaklar kalsifiye doku içermeyen en az 30 adet bloktan kesit yapılabilir keskinlikte olmalıdır
6. Rutin kesit işlemlerinde sorunsuz kullanılmalıdır. İyi kalitede kesitlerin elde edilmesi için kesim ağzı homojen bilenmiş olmalıdır.
7. Örneği laboratuvarımızda test edilip uygunluk verilecektir.
8. Normal şartlarda bir bıçak ile en az 30-40 blok kesilebilmelidir.
9. Bıçakla parafin bloklardan alınan kesitler kırışıksız, yırtıksız ve ince olmalıdır.
10. Rutin kesit işlemlerinde sorunsuz kullanılmalıdır. İyi kalitede kesitlerin elde edilmesi için kesim ağzı homojen bilenmiş olmalıdır.
11.
12. Malzemeyi veren firma laboratuvarımız tarafından belirlenen sayılarda kemik gibi sert dokuları ve ince iğne biyopsilerini kesebilen farklı bıçaklar da verebilmelidir.
13. Numune mutlaka verilecek olup teknik özellikler test edilecek ve bu özelliklere uyan malzeme seçilecektir.
14. Kısa tıraşlama süresine sahip olmalıdır.
15. İstekliler, Teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerini orijinal ambalajında (her iki mikrotom cihazı için 1 kutu) (ihale tarihinden itibaren 5(beş) gün içerisinde), varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerini vereceklerdir.
16. Gönderilen ve laboratuvarda denenmiş numunenin yerine getirdiği özelliklerin teslim edilen ürünün tamamında gözlenmesi gerekmektedir. Bu durum, teslimat aşamasında gerekli görülürse yeniden test ettirilecek ve sonucun uygun olmaması halinde zarar firma tarafından karşılanacaktır.
17. Maddenin öncelikle varsa UBB kaydı, yoksa CE, TSE, FDA ya da ISO belgesinin verilmesi zorunludur.
18. Kabulü yapılan malzeme bölümün istediği tarihlerde partiler halinde teslim edilecektir.
19. Teslim edilen malzemeler teslim tarihi itibari ile en az 1 yıl miadı olmalıdır.
20. Bölümün elinde eski miadı malzeme kalmışsa yenisi ile bedelsiz olarak değiştirilmelidir.

Prof. Dr. Koray CEYHAN **Prof.Dr.Gülşah KAYGUSUZ** **Prof.Dr.Duygu ENNELİ**