

CONTA SPREY ŞARTNAMESİ

1. En az 400 ml olmalıdır.
2. Otoklav kapak contasında kullanılmaya uygun olmalıdır.
3. Şeffaf olmalıdır.
4. CE belgesine sahip olmalıdır.
5. 180°C'ye dayanıklı olmalıdır.
6. NSF belgesine sahip olmalıdır.
7. Eryiğit marka otoklav cihazlarının kullanımına uygun olmalıdır.

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Prof. Dr. H. H. A. H. A.
Dip. Tes. No: 50005
Göz Hastalıkları Uzmanı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.B.D.
Prof. Dr. Esra SAHLI
Dip. Tes. No: 19264

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Prof. Dr. M. B. HOSAL
Dip. Tes. No: 49871
Göz Hastalıkları Uzmanı