

ALET TANIMLAMA BANDI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Ürün A4 sayfasında yer alan 312, 352, 376 ve 400 adet kesilmiş stripler halinde üretilmiş olmalıdır. İki ana grupta 1- Düz ve/veya Desenli Bantlar ile 2- Harfli ve/veya Rakamlı şeklinde olmalıdır. Bu grupların tamamı için farklı renklerde seçenekler de olmalıdır.
- Düz ve Desenli Bantlar; Her bir tabaka 4 farklı uzunlukta toplam **312 adet strip** içermeli ve bu striplerin tabakadaki toplam uzunluğu en az 950 cm. olmalı, her bir sribin eni ise 6,35mm'den dar olmamalıdır.
 - 312 adet sribin 252 adeti 25.40 mm uzunlukta, 44 strip 38.10 mm uzunlukta, 8 strip 50.80 mm uzunlukta ve 8 strip 127 mm. uzunlukta olmalı.
- Harfli ve Rakamlı Bantlar; Her bir tabaka 2 farklı uzunlukta toplam **376 adet strip** içermeli ve bu striplerin tabakadaki toplam uzunluğu en az 950 cm.den fazla olmalı, her bir sribin eni ise 6,35mm'den dar olmamalıdır.
 - 376 adet sribin 329 adeti 24,64 mm uzunlukta, kalan 47 adeti ise 37,45mm'den kısa olmamalıdır.
 - Her harf veya rakamdan en az 5 satır ve 8 sütunda toplam 40 adet yer almalıdır.
 - Rakamlı olanlar sayfalarda 0-8 arasında tüm rakamlar yer almalı 0 (Sıfır) rakamından 7 satır, 8 sütunda toplam 56 adet yer almalıdır.
- 1-44 arası takip eden tüm rakamları içeren Bantlar; Her bir tabaka aynı uzunlukta toplam **352 adet strip** içermeli ve bu striplerin tabakadaki toplam uzunluğu en az 950 cm.den fazla olmalı, her bir sribin eni ise 6,35mm'den dar olmamalıdır.
- A-Z arası takip eden tüm harfleri içeren Bantlar; Her bir tabaka aynı uzunlukta toplam **400 adet strip** içermeli ve bu striplerin tabakadaki toplam uzunluğu en az 950 cm.den fazla olmalı, her bir sribin eni ise 6,35mm'den dar olmamalıdır. Beyaz dahil en az 5 renk seçeneği olmalıdır.
- Cerrahi aletlerin organizasyonu ve takibini kolaylıkla sağlayabilmek amacıyla, en az 271 farklı renk, desen ile en az 20 sembol ve bütün tıbbi bölüm adları gibi seçenekler sunabilmeli, aletlere 2 veya 3 adet strip yapıştırmaya gerek kalmamalıdır.
- Bantlar aletlerin yüzeylerine kolayca yapışmalı fakat kopmaz, pullanmaz, kendiliğinden çıkmaz ve açılmaz olmalıdır.
- En az 134°C derece buhar, etilen oksit ve diğer sterilizasyon yöntemleri ile dezenfeksiyon uygulamalarına dayanıklı olmalı aynı zamanda sterilizasyonu engellememelidir. Bu nedenle "Klinik Test Raporu" ve "Devir Parametreleri" ile CE Uygunluk belgeleri olmalıdır.
- İstendiğinde sterilizasyonu engellemediğini kanıtlamak için kurumumuz mikrobiyoloji laboratuvarı tarafından; örnek bir cerrahi alete EN ISO 11138 standardına uygun, sıvı biyolojik indikatör aşılanacak ve sterilizasyondan sonra mikro organizmanın varlığının kalıp kalmadığı test edilecektir.
- Yıkama cihazlarında 95°C'de yıkanabilmeli, yıkama cihazı solüsyonu basınçlı su ve diğer işlemlerden etkilenmemelidir.
- Renk ve desenlerde kullanım sıklığı ve uygulamaya bağlı olarak en az 3-6 ay kullanım ömrü olmalıdır.
- Ürünü teslim edecek firma, her 25 adet tabaka için 1 adet 200ML'lik sprey formatta, aletlere zarar vermeyen özellikte bant çıkarıcı solüsyonu ücretsiz vermelidir.
- Ürünü teslim edecek firma, ürünle beraber hastanemize özel aşağıdakine benzer sistem tablosunu 50 x 100cm ebatlarında kendinden yapışkanlı renkli şekilde teslim etmelidir.