

HOLTER KAYDEDİCİSİ KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen kablolar řu an Hastanemizde kullanılan BORSAM Marka İTENGO Model Holter Kaydedicileri ile tam uyumlu ve orijinal olmalıdır.
2. Cihazda herhangi bir tahribat ve kullanımında sorun yaratmaması için üretici firmanın orijinal kablosu olmalıdır.
3. Teklif eden firmalar cihazın üretici firmasından alınmış noter onaylı tek yetkili belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.
4. Kablolar kolay yıpranmayan, esnek yapıda olmalıdır.
5. Kabloların uçları renkli olmalıdır. Bu renkler beyaz, turuncu, yeřil, kahverengi ve kırmızı olmalıdır.
6. Kablolar 5 Lead olmalıdır.
7. Kabloların boyları çocuk ve yetişkin hastalarda kullanıma uygun boyutlarda olmalıdır.
8. Kabloların uçları tek kullanımlık elektrot uyumlu snap (çıt çıt) yapıda olmalıdır.
9. Kablolar numunesi görölüp, deneme yapılarak alınacaktır.
10. Teklif veren firmalar TSE yetki belgesi bulunmalı ve bu belgede BORSAM markasına hizmet verebileceęi yazmalıdır.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İBN-i SİNA HASTANESİ
Prof. Dr. Sibel TURHAN
Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Diploma No: 11308 Tescil No: 90270
Uzmanlık Belge No: 56941

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İbn-i Sina Hastanesi
Prof. Dr. Eralp TUTAR
Kardiyoloji Uzmanı
Diploma No: 92092009

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ
Doç. Dr. Nil ÖZYÜNCÜ
Dipl. No: 110011
Kardiyoloji Uzmanı

HOLTER KAYDEDİCİSİ HASTA KABLOSU TEKNİK ŞARTNAME

1. Teklif edilecek kablolar BI 9800 model holter kaydedicisi nin orijinal kablosu olmalıdır
2. Kablo 5 uçlu çıt çıt yapıda olmalıdır.
3. Kablonun cihaza bağlandığı nokta kenarlarından basılarak açılır kapanır yapıda(klipsli) olmalıdır.
4. Kablonun uç (lead) renkleri beyaz, kırmızı, turuncu, kahverengi, yeşil, olmalıdır.
5. Kablonun boyu hastayı rahatsız etmeyecek şekilde optimum boyda olmalıdır.
6. Teklif veren firmalar demo kablosu verecekler ve bu kablolar kullanıcı tarafından uygunluk verilecektir.
7. Kablolar sağlam günlük kullanıma uygun yapıda olmalıdır.
8. Teklif veren firmalar Yetki Belgesini verecektir.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İBN-i SİNA HASTANESİ
Prof. Dr. S. S. TURHAN
Kardiyoloji Ambulans Tescil No: 90270
Diploma No: 1308 No: 56941
Yetkili Belge

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İbn-i Sina Hastanesi
Prof. Dr. Eralp TUTAR
Kardiyoloji Uzmanı
Diploma No: 92092909

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ
Doç. Dr. N. ÖZDİNCİ
Dip. Tes. No: 110011
Kardiyoloji Uzmanı

HOLTER KAYDEDİCİSİ HASTA KABLOSU TEKNİK ŞARTNAME

1. Teklif edilecek kablolar RİSİNGMED CV-3L marka holter kaydedicisine uyumlu olmalıdır.
2. Kablo 5 uçlu çıt çıt yapıda olmalıdır.
3. Kablonun cihaza bağlandığı noktası HDMI yapıda olmalıdır.
4. Kablonun boyu hastayı rahatsız etmeyecek şekilde optimum boyda olmalıdır.
5. Kablonun defibratör koruması olmalıdır.
6. Kablolar sağlam günlük kullanıma uygun yapıda olmalıdır.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İBNİ SİNA HASTANESİ
Prof. Dr. Sibel TURHAN
Kardiyoloji Uzmanı
Diploma No: 90270
Uzman No: 5041

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İbn-i Sina Hastanesi
Prof. Dr. Eralp TUTAR
Kardiyoloji Uzmanı
Diploma No: 92092909

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ
Doç. Dr. Nil ÖZYÜNCÜ
Dip. Tes. No: 118811
Kardiyoloji Uzmanı