

EV TİPİ ULTRASONİK NEBÜLİZATÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz kırılmaya dayanıklı nebülizasyon haznesine sahip olacaktır ve gövde içinde sabit, tek elle açıp kapatabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- Nebülizasyon haznesi en fazla 400ml net hacimli olacaktır.
- Cihaz 0.5-6 mikron arasında partükülizasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- Adaptörle 220Volt/24V'de çalışma voltajına sahip olmalıdır.
- Cihaz portatif, elle rahat bir şekilde kullanabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- Kristal çalışma frekansı 1.7 MHZ olmalıdır.
- Cihaz (normal kullanımda) her türlü arızaya karşı ücretsiz 2 (iki) yıl garantili ve ücreti karşılığında 10 (on) yıl süre ile yedek parça temini ve servis garantisine sahip olmalıdır.
- Hastaya soğuk buhar ile birlikte (rahat, kolay ve pratik) ilaç verme özelliği olmalıdır.
- Cihaz tek ayar düğmesi ile 3 ayrı özelliğe sahip olmalıdır.
- Cihaz CE belgesine sahip olmalıdır.

Erkan TEKİN
Ankara Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastaneleri
Biyomedikal Birim Sorumlusu

Özkan ALTUN
A.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastaneleri Teknik İşler Müdürlüğü
İnönü Sina Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastaneleri