

YÜKSEK SAFLIKTA HELYUM GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Yüksek Saflıkta Helyum gazının saflığı minimum %99,999 olmalıdır.
- 2- Çelik dikişsiz çekme özellikte olmalıdır.
- 3- 50lt. su hacimli çelik tüp en az 200 bar dolum basınçta, 9,1m3 gaz içermelidir.
- 4- Gaz içerisindeki oksijen miktarı ≤ 1 vpm
- 5- Gaz içerisindeki su (nem) miktarı ≤ 2 vpm
- 6- Gaz içerisindeki azot miktarı ≤ 5 vpm
- 7- TS 11169 a uygun yüksek basınca dayanıklı, standart uzunluk, ağırlık ve kalınlıkta olmalıdır.
- 8- Gaz sertifikalı olmalıdır.
- 9- Tüpün üzerinde gazın cinsi, miktarı, dolum tarihini gösteren etiket olmalıdır.
- 10- Tüple birlikte güvenlik bilgi formu (MSDS) verilmelidir.

Fatma Tuba
Emirhan

A.G. Feyza Türkeş

İsmet Buğra FL4FLK