

YENİDOĞAN UYUMLU EKG 3' LÜ LEAD SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. EKG lead seti hastanemizde bulunan hastabaşı monitörleri ile uyumlu olmalıdır.
2. EKG lead seti 3 (üç) çıkışlı olmalı ve üzerinde ekg ölçüm elektrodları bulunmalıdır.
3. EKG lead setinin uçları siyah, beyaz, kırmızı veya sarı, kırmızı, yeşil renkten oluşmalıdır.
4. EKG Lead setlerinin ucunda ekg ölçüm elektrodları bulunmalıdır.
5. EKG lead seti son kullanma tarihi ve ürün bilgilerinin yazdığı muhafazalı poşet içerisinde steril bir şekilde bulunmalıdır.
6. EKG Lead seti kendinden jelli olmalıdır.
7. Malzeme dış faktörlerden minimum etkilenecek, yüksek hassasiyetle en doğru ölçümü vermelidir.
8. Malzemenin ölçüm doğruluğu cihaz üzerinde denendikten sonra kabul edilecektir.
9. EKG Lead seti tek kullanımlık olmalıdır.

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Prof. Dr. Emel OKULU
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Neonatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 109006

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Uzm. Dr. Doğan R. YAZMAZ
Dip.Tes. No: 164935
Çocuk Neonatoloji B.D

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Uzm. Dr. Ferhan DEMİRTAŞ
Dip.Tes. No: 178862
Çocuk Neonatoloji B.D

THE UNIVERSITY OF TEXAS
AT AUSTIN
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF TEXAS
AT AUSTIN
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF TEXAS
AT AUSTIN
LIBRARY