


ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI SCHİLLER MARKA
EFOR CİHAZI OTOMATİK TANSİYON MANŞON VE MİKROFONLU HORTUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Manşonun hastaya bağlanan kısmı kaçak oluşmasını engelleyecek biçimde korumalı olmalıdır.
- Tansiyon manşonu kol üzerine ayarlanabilen ölçüm mesafesi uzunluğunda yapıştırıcı olmalıdır.
- Tansiyon manşonu kaplama malzemesi cilde zarar vermeyecek terleme yapmayan malzemeden yapılmış olmalıdır.
- Tansiyon manşonu çok kullanımlık olduğundan uygun solüsyonlarla temizlenebilir yapıda olmalıdır.
- Manşon üzerinde uzunluk ve satıcı firma adı bulunmalıdır.
- Manşon iç kısmında mikrofonun girebileceği kese kısmı bulunmalıdır.
- Hortum kısmı silikon maddeden yapılmış olmalıdır.
- Hortumun bir ucunda otomatik tansiyon cihazına girişi sağlayan soket bulunmalıdır.
- Hortumlu manşon Schiller marka BP-200 Plus otomatik tansiyon cihazına uyumlu olacak şekilde çalışmalıdır.


ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
Murat KÖRKÖSE
Sağlık Fizikçisi


Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Aytaç BARIŞ
Sağlık Fizikçisi


ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
Doç. Dr. Mine ARAZ
Dip. Tes. No: 134426
Nükleer Tıp Uzmanı