

ENDOSKOPIK YIKAMA POMPASI İÇİN TÜP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Teklif edilen tüp seti aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

1. Tüp seti kurumda mevcut bulunan Olympus marka OFP-2 model endoskopik yıkama pompasında kullanıma uygun olmalıdır.
2. İrrigasyon esnasında sıvı akışını sağlamak için kullanıma uygun olmalıdır.
3. Uzunluğu 250cm (± 5 cm) olmalıdır.
4. Su tankı ile irrigasyon pompası arasındaki bağlantıyı sağlamak için kullanıma uygun olmalıdır.
5. Farklı marka ve model cihazlara ait tüp seti teklif verecek firmalar kurumda mevcut olan Olympus marka endoskopik yıkama pompası cihazının üreticisi tarafından verilmiş olan uygunluk belgesini, ayrıca akredite test laboratuvarlarından alınmış uygunluk test belgesini ibraz etmelidir.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doç.Dr. Şiyar ERSOZ
Genel Cerrahi A.B.D.
Diy./Tels.No:124730

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi A.B.D.
Prof. Dr. Cihangir UZUNCI
Diy./Tels.No:124730
Genel Cerrahi Uzmanı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi A.B.D.
Doç.Dr. Cihangir UZUNCI
Diy./Tels.No:124730
Genel Cerrahi Uzmanı

ENDOSKOPIK YIKAMA POMPASI İÇİN YIKAMA HORTUMU

Teklif edilen tp seti aŐađıdaki zelliklere sahip olmalıdır;

1. Tp seti ok kullanımlık olmalı ve kurumda mevcut bulunan Olympus marka OFP-2 model endoskopik yıkama pompasında kullanıma uygun olmalıdır.
2. İrrigasyon esnasında sıvı akışını sađlamak iin kullanıma uygun olmalıdır.
3. Endoskop ile tp seti arasındaki bađlantıyı sađlamak iin kullanıma uygun olmalıdır.
4. Farklı marka ve model cihazlara ait tp seti teklif verecek firmalar kurumda mevcut olan Olympus marka endoskopik yıkama pompası cihazının reticisi tarafından verilmiŐ olan uygunluk belgesini, ayrıca akredite test laboratuvarlarından alınmıŐ uygunluk test belgesini ibraz etmelidir.

Ankara niversitesi Tıp Fakltesi
Do.Dr. Siyah ERŐALP
Genel Cerrah A.B.D.
Dip.No:124730

Ankara niversitesi Tıp Fakltesi
Genel Cerrahiler Bl. D. D. Dr.
Prof. Dr. Cml AKYZ
Dip. No: 118537
Genel Cerrahi Uzmanı

Ankara niversitesi Tıp Fakltesi
Genel Cerrahiler Bl. D. D. Dr.
Do. Dr. Cml AKYZ
Genel Cerrahi Uzmanı