

KENDİ ÜZERİNE YAPIŞAN ELASTİK BANDAJ (15 cm.)

1. Polyester, örgüsüz nonvoven den yapılmış olmalıdır.
2. Elastik Fiber ve nonvoven materyalin laminasyonu sonucu üretilmiş olmalıdır.
3. Elastik bandaj içerdiği koheziv materyal sayesinde kendi kendine yapışabilmeli, ancak başka bir yere (saç gibi) yapışmamalıdır.
4. Germe kuvveti kullanıcı tarafından ayarlanabilmeli, boyuna ekstra esneme özelliği olmalıdır.
5. Gözenekli olmalı, cilt nefes almalı, terleme yapmamalıdır.
6. Sırt yapısı yumuşak ve ciltle uyumlu olmalıdır.
7. Sıvıya dirancli olmalı ve ciltte maserasyon yapmamalıdır.
8. Uygulanan basıncı devam ettirebilme özelliğine sahip olmalı ve gevşememelidir.
9. Bandaj çıkarılmadan röntgen çekilebilmelidir.
10. Normal oda şartlarında saklanabilmelidir.
11. Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miadlı olmalı ve miadı dolmasına 3 ay kalan malzemelerin ilgili firma tarafından değiştirilmesi taahhüt edilmelidir.
12. TİTUBB kaydı olmalıdır.
13. Boyutları 15CM.*4,5M. Olmalıdır.
14. Numuneler ihale aşamasında denenecektir.

Doç. Dr. Abdullah NERTE
A.Ü.T.F. İbni Sina Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji A.D.
Dip. Tescil No: 144703

Doç. Dr. Abdullah Nerter

Doç. Dr. Emre Anıl ÖZBEK
AÜTF İbni Sina Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji A.D.
Dip. Tescil No: 124359

Doç. Dr. Emre Anıl ÖZBEK
AÜTF İbni Sina Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji A.D.
Dip. Tescil No: 124359

Doç. Dr. Uğur BEZİRGAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İbni Sina Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi
Dip. Tescil No: 125697