

ŞARTNAME

1. Cihaz poşetleri tehlikeli atıkların güvenli bir şekilde toplanmasına ve saklanmasına uygun olmalıdır.
2. Cihaz poşetleri polietilenden imal edilmiş olmalı ve kalınlık minimum 60-70 mikron aralığında olmalıdır.
3. Cihazda kullanılacak poşetler delinmeye ve yırtılmaya dayanıklı olmalıdır.
4. Cihaz poşetleri kokuların ve tehlikeli aerosollerin kontaminasyonunun önlemeli ve aeroselleri ve sıvı atıkları sızdırmamalıdır.
5. Cihaz poşetleri özel ambalajında olup "Z" katlamalı ya da rulo sayesinde işlem devamlılığının kolaylıkla yapılması sağlanmalıdır.
6. Cihaz poşetleri en az 10 metre uzunluğunda olmalıdır.
7. Cihaz poşetleri hastanemizde kullanılan cihazlar ile uyumlu olmalıdır.
8. Cihazda kullanılan poşetler, ISO 6529:2013 standardına uygun ve ISO 13485 kalite belgesine sahip olmalıdır.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Nurdan TAYILDIR
Çocuk Onkolojisi Uzmanı
Diy. Tıbbi No 36897

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Prof. Dr. Sema İNCESOY ÖZDEMİR
Çocuk Onkolojisi Uzmanı
Diy. Tıbbi No 14674

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Uzm. Dr. Halil ÇAKMAKLI
Çocuk Onkolojisi Uzmanı
Diy. Tıbbi No 14487