

Raspa ;

1. Menisküs ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.
2. Operasyon esnasında kullanım rahatlığı sağlaması için ergonomik sap yapısına sahip olmalıdır.
3. 45° açılı uç, kemik dokusunda takılmadan pürüzsüz bir yüzey bırakacak şekilde optimize edilmiş olmalıdır.
4. Törpü ucu, yüksek dayanıklılık ve hassas kesim sağlamak amacıyla **elmas partikül (diamond)** kaplamaya sahip olmalıdır
5. Ürün üzerinde, takip edilebilirliği sağlamak amacıyla marka, model ve katalog numarası kalıcı bir şekilde yer almalıdır.
6. Ürün, otoklavda (buharlı sterilizasyon) ve yaygın kullanılan diğer hastane sterilizasyon yöntemleriyle (EtO, plazma vb.) steril edilmeye uygun olmalıdır.

 Doç. Dr. Deniz Uzun



Doç. Dr. ANIL ÖZBEK



Doç. Dr. Abdülkadir
MERTEL