

ELDIVEN PUDRASIZ LATEKS

190408.

- 1- Kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
- 2- AQL 1.5 olmalıdır.
- 3- Yırtılmaya, delinmeye dayanıklı olmalıdır.
- 4- Hipoalerjik olmalı, elde kuruluğa neden olmamalıdır.
- 5- Geçirgen olmamalıdır.
- 6- Eldivenler giyilip müdahale için cilde dokunulunca cilt hissedilebilmelidir.
- 7- Eldivenler 100 adetlik kolay alınabilir kutularda olmalı, ambalaj üzerinde eldiven boylarını gösteren (S-M-L-XL) işaretler olmalıdır.
- 8- Giyildiğinde her iki ele de uyumlu olmalıdır.
- 9- Konçlar sıkı ve bilekten düşmeyecek özellikte olmalıdır.
- 10- Ambalaj üzerinde markası, miktarı, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası ve barkodu olmalıdır.
- 11- Teslim edilen eldivenlerin en az 3 yıl miadı olmalıdır.
- 12- TITUBB kaydı olmalıdır.

Tuğçe SARI
Ankara Üniversitesi SUAH
İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Başhekim Yardımcısı

Uzm.Hem.Cansev KILIÇ SEVENCAN
Ankara Üniversitesi SUAH
İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Başhekim Yardımcısı

Uzm.Hem. Nezihe KARA
Ankara Üniversitesi SUAH
İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Başhekim Yardımcısı