

İLAÇ EZME KABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Kadehler tabletleri ezme amaçlı kullanılacaktır.
- 2) Kadehin üst kısmı 46 mm (± 3 mm), alt kısmı 32 mm (± 3 mm) olmalıdır.
- 3) Kadehin tabanı düz, pürüzsüz olmalı ve cihaza tam oturacak tırnakları olmalıdır.
- 4) Kadeh, içinde tablet ezildikten sonra sıvı veya kuru gıda karıştırılabilir olmalı ve hacminin gözlemlenebileceği çizgi ölçekleri olmalıdır.
- 5) Her 5000 adet kadehle beraber aşağıdaki teknik özelliklere uygun 1(BİR) adet Tablet Ezici Cihazı verilmelidir.
- 6) Tablet kadehleri, kullanıma verilecek tablet ezici cihazın orijinal kadehleri olmalıdır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

Tablet Ezici Cihazı Teknik Şartnamesi

- a. Cihaz, tabletleri ezme amaçlı kullanılacaktır.
- b. Cihaz, tablet ezme işlemini 8 saniye içinde yapabilmelidir ve zor ezilen tabletler için herhangi bir ekstra ezme tuşu olmadan her türlü tableti toz haline getirilebilmelidir.
- c. Tablet ezme işlemini cross-contamination engelleme amaçlı kapalı bir sistem içinde yapmalıdır. Bu kapalı sistem, cihazın kapağı tam kapatıldığında çalışmalı ve otomatik olarak ezme işlemini tamamlamalıdır.
- d. Acil bir durumda, cihaz çalışırken kapak açıldığında ezme işlemi durmalı, kapak kapatıldığında power tuşuna basılarak kaldığı yerden devam edip, işlemi tamamlamalıdır.
- e. Cihaz, 100V - 120V / 220V - 240V $\pm$ %10 Ve 50-60 Hz şehir şebekesi elektriğiyle çalışmalı ve şarj edilebilir olmalıdır.
- f. Cihazın üzerinde, açma-kapama düğmesi ve batarya göstergesi olmalıdır.
- g. Cihaz ağırlığı en fazla 2 kg olmalı ve tek el ile rahatça taşınabilmelidir.
- h. Cihaz boyutları yaklaşık 80 x 70 x 217 mm olmalıdır ve cihaz ile birlikte birer adet şarj kablosu ve ezici başlık verilmelidir.
- i. Teklif veren firma, tek yetkili olduğuna dair noter onaylı belgesini sunmak zorundadır. Teklif veren firma bayilik yapmakta ise ana firmadan (distribütör) almış olduğu yetki belgesi ile ana firmanın tek yetkili olduğuna dair noter onaylı belgesini, teklifinde sunmak zorundadır.

İMZA YERİ
SORUMLU FİRMANIN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Beyin Cerrahisi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi **Mustafa BÜYÜKTEPE**
Dip. Tes. No: 178703
Uzm. Tes. No: 145603

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Prof. Dr. **Yusuf ÇAĞLAR**

Beyin ve Sinir Cerr. Uzm.

Dip. Tes. No: 50394

