

OKSİJEN TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. TÜPLER 50 ADET 5 LİTRE LİK OLACAKTIR.
2. TÜPLER DOLU OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.
3. TÜPLER TPED-2010/35/EC TİP ONAYLI Pİ İŞARETLİ OLACAKTIR.
4. TÜP CRMO4 ÇELİKTE İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR.
5. TÜPLER DİKİŞSİZ OLACAKTIR.
6. TÜPÜN ÇALIŞMA BASINCI 150 BAR –TEST BASINCI 300 BAR OLACAKTIR.
7. TÜP EN AZ 3,50 MM KALINLIĞINDA OLMALIDIR.
8. TÜPLER TS EN ISO 9809-1 STANDARTLARINDA OLMALIDIR.
9. TÜPÜN ÇAPI 230 MM DEN DAHA KALIN OLMAMALIDIR.
10. TÜPLER EN AZ 10,12 KG AĞIRLIĞINDA OLMALIDIR.
11. TÜPÜN BOYU 55 CM BOYUNDA OLMALIDIR.
12. TÜPÜN BOYUN KISMINDA TÜP BİLGİLERİ MEVCUT BULUNMALIDIR.
13. NAKLİYE YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR.
14. YÜKLENİCİ FİRMA TÜPLERİ İDARENİN GÖSTERDİĞİ YERE TESLİM EDECEKTİR.
15. YÜKLENİCİ FİRMALAR İŞ VE İŞÇİ GÜVENLİĞİNDEN TEK TARAFLI SORUMLUDUR.
16. TEKLİF VERECEK OLAN FİRMALAR YER GÖRDÜ BELGELERİNİ TEKNİK İŞLER BİRİMİNDEN ONAYLATMALIDIR.

Kamil Toprak
K. Toprak

Faruk Tarkan
F. Tarkan

Onur AKREY
O. Akrey