

191618

LAM RODAJLI

1. Lamin bir ucunda kurşun kalemle yazı yazmaya müsait bir alan olmalıdır.
2. Lamlar 76x26 mm. uzunluğunda, kalınlığı 1-1,3 mm aralığında ve kenarları rodajlı (traşlı) olmalıdır.
3. Laboratuvarlarda sıkça kullanılan çözücülere dayanıklı olmalıdır.
4. Üst üste geldiğinde çizilmemeli ve birbirine yapışmamalıdır.
5. Aralarında pelur kağıdı olmamalıdır.
6. Lamların ambalajı nemlenmeyi önleyecek şekilde olmalıdır.
7. Kutular içindeki lamlar üretici firma tarafından tozsuz ve neme karşı jelatin içerisinde kaplanmış olarak teslim edilmelidir.
8. Lamlar kaliteli optik, saydam, çiziksiz, pürüzsüz ve renksiz camdan imal edilmiş olmalıdır.
9. Ambalaj üzerinde içindeki lam miktarı, ebadı, üretici firmanın ismi veya logosu bulunmalıdır.
10. Kutuların üzerinde lot numarası ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
11. Ürünler ISO veya CE gibi uluslararası kalite standartlarından birine sahip olmalıdır.
12. Seçim yapılmadan önce ilgili bölüm veya hastanemiz laboratuvarında işlev/uyumu açısından denenmek için en az 50 adet numune teslim edilecektir. Deneme sonrası seçim yapılacaktır. İhale sonrası teslim edilen ürünler numune ile birebir uyumlu olmalıdır. Ürünün ambalajında değişiklik olması durumunda, bu durum belgelendirilmeli ve laboratuvar onayı alındıktan sonra teslimat yapılmalıdır.

Bio. Esra KARAMÜRSEL OKAY

Prof. Dr. Vedat KARAKARSLAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Laboratuvar Birim Sorumlusu

Erkan DİDİŞKEN
Taşınır Kayıt Yetkilisi