

191688

ELDIVEN NİTRİL

1. Nitrilden imal edilmiş olmalıdır.
2. Lateks içermemelidir.
3. Pudrasız ve antialerjik olmalıdır.
4. Yırtılmaya, delinmeye dayanıklı olmalıdır.
5. Eldivenler geçirgen olmamalı ve kimyasal ile temas eden laboratuvar çalışanlarının kullanımı için uygun olmalıdır.
6. Eli kavrar, pürüzsüz bir yüzeye sahip olmalıdır.
7. Eldivenler 100 / 200 adetlik kolay alınabilir kutularda olmalı, ambalaj üzerinde eldiven boylarını gösteren (S-M-L-XL) işaretler olmalıdır.
8. Giyildiğinde her iki ele de uyumlu olmalıdır.
9. Ambalaj üzerinde markası, miktarı, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası ve barkodu olmalıdır.
10. Teslim edilen eldivenlerin en az 3 yıl miadı olmalıdır.
11. TITUBB kaydı olmalıdır.

Tuğçe SARI
Ankara Üniversitesi SİAH
İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Başhekimin Yardımcısı

Uzm.Hem.Cansev KILIÇ SEVENÇAN
Ankara Üniversitesi SİAH
İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Başhekimin Yrd.

Uzm.Hem. Nezihe KARA
Ankara Üniversitesi SİAH
İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Başhekimin Yrd.