

## GENEL HÜKÜMLER

1. Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
2. Teklifler ile birlikte ürünlere ait orijinal katalogları verilmeli ve teklif verilen malzemelerin Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin orjinal katalog veya kullanım kılavuzu ile teyit edilmelidir.
3. Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir onaylı Temsilcilik Belgesini, teklifine eklemelidir.
4. Teklif edilen cihazlar Sağlık Bakanlığı "İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" veri tabanına kayıtlı olmalıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) koduna ve TİTUBB' dan alınmış firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunulmalıdır.
5. Teklif edilen malzemelerin hepsi her türlü sterilizasyona (otoklav, etilen oksit, hidrojen vb.) uygun yapıda üretilmiş olup çok kullanımlık olmalıdır. Aletler steril edildikten sonra işlevlerinde hiçbir azalma olmadan tekrar kullanılabilir. Aletler steril edildikten sonra işlevlerinde hiçbir azalma olmadan tekrar kullanılabilir.
6. İmalatçı, firmanın Türkiye'de yerleşik yetkili teknik servisi bulunmalıdır.
7. Aşağıda belirtilen belgeler noter tasdikli olarak ihale evrakları arasında verilecektir:

İmalatçı, ithalatçı veya iştirakçi firmaların vermiş olduğu garanti belgesi

- o Laparoskopik el aletleri ve aksesuarlar için : 2 yıl
- o Yedek parça ve servis için : 10 yıl  
(ücreti karşılığında)

### Laparoskopik Bipolar Pencereli Forsepsi

1. Reusable olmalıdır.
2. 360° dönebilir özellikte olmalıdır.
3. Şaftın çapı 5mm ve çalışma uzunluğu 31cm olmalıdır.
4. Uç kısmında her iki çenede birer adet pencere bulunmalıdır.
5. Uç tasarımında çenelerin şaft ile temas eden kısmında seramik kaplama ile izole edilmiş olmalıdır.
6. Uç kısmı çift çene hareketine sahip olmalıdır.
7. Elcek üzerinde bipolar bağlantısı bulunmalıdır.
8. Elcek üzerinde bipolar olduğunu bildiren mavi işaretleme olmalıdır.
9. Teklife her bir forseps için 2 adet bipolar kablo dahil edilmelidir.
10. Aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır;
  - Pencereli Forseps İnsert – 1 Adet
  - İç Şaft – 1 Adet
  - Dış Şaft – 1 Adet
  - Kilitsiz Elcek – 1 Adet

**Firma bu şartnameyi okuyup, anladığını ve malzemeleri bu şartnameye bire bir uygun olarak vermeyi kabul ve taahhüt edecektir.**

Prof.Dr.Ruhsen AYTAÇ

Prof.Dr.Yakup KUMTEPE

Dr.Öğrt.Üyesi Batuhan ASLAN