

KÜÇÜK EKLEM ARTROSKOPİSİ İÇİN TELESKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ŞARTNAME KONUSU: Bu teknik şartname özellikleri açıklanan cihaz "KÜÇÜK EKLEM ARTROSKOPİSİ İÇİN TELESKOP SETİ" teknik şartnamesidir.

VAZGEÇİLMEZ TEKNİK ÖZELLİKLER:

1. 1 ADET KÜÇÜK EKLEM ARTROSKOP

- Çapı 2,7 mm ve çalışma uzunluğu 67 mm aralığındadır.
- 90° lik görüş açısına sahiptir.
- 30° lik uç açısına sahiptir.
- Otoklavda steril edilebilir özelliindedir.
- Fiber optik transmisyonu mevcuttur.

2. 1 ADET ARTROSKOPİ KILIFI

- Çapı 2,9 mm olup; teklif edilecek olan 2,7 mm artroskop ile uyumludur.
- Döner çift musluğa sahiptir.
- Kolay Kilit Mekanizmasına sahiptir.
- Otoklavlanabilir yapıdadır.
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

3. 1 ADET KUNT OBTURATOR

- Uç kısmı künt yapıdadır.
- Teklif edilen artroskop kılıfı ile uyumludur.
- Otoklavlanabilir yapıdadır.
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Prof. Dr. Mehmet Aray
A

Doç. Dr. Uğur
BEZİRGAN

Doç. Dr. M. İsmail Kaya
K