

191697

GR1074 BENTSON GUIDEWIRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kılavuz Tel'ler teflon kaplı olmalıdır
2. Kılavuz Tel'ler özellikle çok zor işlemler için geliştirilmiştir; ve pürüzsüz atravmatik performans gösterir.
3. Kılavuz Tel'lerin 0.032" ve 0.038" çap seçenekleri olmalıdır.
4. Kılavuz Tel'lerin 150, 180 ve 260cm uzunluk alternatifleri olmalıdır.
5. Kılavuz Tel'ler 150cm için 10'luk kutularda, 260cm için 5'lik kutularda sunulmalıdır.
6. 0.035", 150cm, düz ucunun 1.5cm'lik kısmı yumuşak olan Bentson Kılavuz Tel seçeneği olmalıdır.
7. Kılavuz Tel'ler disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır.

Prof. Dr. Kivilcim YAVUZ
Dip. No: 12025
ANKARA ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ
RADYOLOJİ ADI

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Doç. Dr. Emre Ç. ÇELEBİOĞLU
Dip. Tes. No: 114991
Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Ana Bilim Dalı
Dr. Burak Kaan Çağlırgin
Dip. Tes. No. 209048