

191701

TONSİLLEKTOMİ / ADENOİDEKTOMİ / DİL VE DİLKÖKÜ / BAŞ BOYUN CERRAHİSİ PROBU

1. Teklif edilen malzeme hastanemiz demirbaşına kayıtlı veya hastanemizde kullanılan Arthrocare marka Coblator II model bipolar radyofrekans (rf) elektrocerrahi plazma cihazının orijinal probu ve tam uyumlu olmalıdır. Prob üzerinde (elçek ve prob cihaz giriş kablosu jak yuvası üzerinde) bunu belirten yazı olmalıdır.
2. Prob cihazın üretici firması tarafından üretilmiş olmalıdır.
3. Farklı marka ve model cihazlara ait uyumlu olduğu beyan edilen problemleri teklif edecek firmalar Coblator II model radyofrekans cihazının üreticisi tarafından verilmiş olan uygunluk belgesini, ayrıca bağımsız akredite test laboratuvarlarından alınmış uygunluk test belgesini ibraz etmelidir.
4. Farklı marka radyofrekans prob teklif eden firmalar, kurumda kullanılan Arthrocare marka Coblator II model cihazına zarar vermeyeceğine ve cihazın ayarlarını bozmayacağına dair Coblator II model cihazı üreticisinden onaylı taahhütname vermelidir.
5. Coblator II model radyofrekans cihazının üreticisi tarafından verilmiş olan uygunluk belgesini, ayrıca bağımsız akredite test laboratuvarlarından alınmış uygunluk test belgesini ibraz eden firmalar için, orijinal ürün dışında ürün teklif eden firma cihazın arızası durumunda cihazın yetkili servisine ücretli teklif veren firma tarafından ödenmesini ifade eden noter tasdikli belge verecektir. Ayrıca cihazın tamir süresince aynı cihazdan hastanemize kullanılmak üzere bedelsiz cihaz bırakacaktır.
6. Prob tek shaft üzerinde ve tam bipolar olmalıdır, ayrıca hastaya herhangi bir nötr elektrot bağlanmamalıdır "+" ve "-" uç tek shaft prob üzerinde bulunmalıdır. Penset uçlu sistemler kabul edilmeyecektir.
7. Prob, üçlü aktif elektrotlardan oluşmalıdır.
8. Prob, tungsten veya molibden materyalinden yapılmış olmalıdır.
9. Prob, koagülasyonu çok derinlere kadar yaparak postoperatif kanamalar açısından tam güvenlik sağlanmalıdır.
10. Prob, dil ve dil kökü cerrahisi, horlama cerrahisi, adenoidektomi, kistler, baş, boyun, ağız içi ve sinüs cerrahisi, mastoidektomi, miringotomi, türbinektomi, nasofaringeal, laringeal, endikasyonlar, tracheal polipektomi, laringeal lezyonlar, boyun kitlesi papillomakeloidler, tonsillektomi, tonsillektomi, uvulopalatoplasti, işlemlerini yapabilmeli ve tüm prosedürlerde aynı anda etkin hemostaz sağlamalıdır.
11. Prob, işlemler sırasında ortama salın veya ringer, laktat gibi bir iletken sıvısı taşınmalı ve aynı anda aspirasyon yapılmalıdır.
12. Prob, cerrahi işlemler sırasında dokuda nekroz oluşturmamalıdır.
13. Prob, ısı ve elektrokoter teknolojisi yerine plazma oluşturma teknolojisini kullanmalıdır.
14. Yetişkin ve Pediatrik kullanıma uygun dizayn edilmiş problemleri olmalıdır.
15. En az 2m kendinden kablolu olmalıdır. Prob kablosu Latex içermemelidir. Kablosu silikon bazlı esnek ve yumuşak olmalıdır. Böylelikle daha uzun süre kullanılabilir. Pvc bazlı, sert ve kopma riski olan kablolar kabul edilmeyecektir. Tutma kısmı uygulama bölgesine göre rahat pozisyon alabilecek yapıda olmalıdır.

Sekide Altın

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dental Cerrahi OCAK
Kulak Burun Boğaz Hast.A.B.D
Diyadin No: 142858

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İbn-i Sina Hastanesi
Prof. Dr. R. Yücel ANAĞÖZ
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
Diploma No: 7448

191701

16. Prob steril ve tekli orijinal ambalajında olmalıdır. Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi, lot numarası olmalıdır.
17. Prob tek kullanımlık (disposable) olmalıdır.
18. Prob MDR Onaylı CE belgesinin yanısıra FDA belgesine de sahip olmalı ve ihale / teklif dosyasında sunulmalıdır.
19. Problar için klinikten uygunluk alınmalıdır.
20. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olmalıdır.
21. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası (Ubb) Koduna sahip olmalıdır.
22. İstekli firma teklif ettiği malzemeye ait onaylanmış Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma/bayi tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
23. İstekliler teklif mektubunun ekinde, "Smith&Nephew Arthrocare ENT marka Coblator II model cihazımızın/probumuzun teknik şartnameye uygunluk beyanı" adı altında her maddeye tek tek cevap vereceklerdir.

Selam Ulluoglu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
D. T. O. AK
Kulak Burun Boğaz Hast. A.B.D.
Dip. Tes. No: 142658

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İbn-i Sina Hastanesi
Prof. Dr. R. Yücel ANAPOLU
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
Diploma No: 7648