

CERRAHİ SIZDIRMAZLIK SAĞLAYICI 4 ML TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Ürün iki sentetik polietilen glikol, bir seyreltilmiş hidrojen klorür solüsyonu ve bir sodyum fosfat/ sodyum karbonat solüsyonundan oluşmalıdır.
2. Ürün fizyolojik olup, gluteraldehit içermemelidir.
3. Oda sıcaklığında saklanabilmektedir, paket içerisinde hazırlama ve uygulama aparatlarını içermelidir.
4. Ürün kutusunun içinden çıkan aplikatör, ürünün uygulaması sırasında 5 saniyelik duraklamalar verilmesi halinde tıkanma olasılığını ortadan kaldırma özelliğinde olup, pistonun hızla itilmesi halinde ürünün koni biçiminde spreylenebilmesini sağlayabilmelidir.
5. Ürün 4 ml formunda olmalıdır.
6. Ürün spreylenecek geniş yüzeylere uygulanabilmelidir. Sprey cihazı firma tarafından tedarik edilmelidir. Ürünün geniş yüzeylere spreyselenebilmesini sağlayan uygun aplikatörleri bulunmalıdır.
7. Ürün 60 saniyede polimerize olmalıdır ve güçlü sızdırmazlık özelliğine sahip olmalıdır.
8. Ürün hem vasküler sızdırmazlık hem de antiadezyon (yapışıklık önleme) özelliklere sahip olmalıdır.
9. Ürün polimerize olduktan sonra damar hareketleri ile uyumlu esnek bir yapıya sahip olmalıdır.
10. Ürün, hava kaçaklarını önlemek amacıyla suture ve stapler hattına uygulanabilmelidir.
11. Ürün şeffaf olup, uygulama esnasında ve sonrasında uygulama hattının gözlenebilmesini sağlayabilmelidir. Üzerine tekrar suture uygulanabilmelidir.
12. Damar anastomozları etrafındaki suture hatlarına tek başına sızıntı önleyici olarak uygulanabilmelidir.
13. Kalp yüzeyine uygulanarak yapışıklık önleyici (antiadhesive) özellikte de kullanılabilir.
14. Her türlü greftle uyumlu olmalıdır ve birlikte kullanılabilir.
15. Ürün 30 gün içinde rezorbe olmalıdır.
16. Ürünün SUT kodu bulunmalıdır ve ürünün SUT kodu alan tanımındaki bilgiler ile teknik özellikleri uyumlu olmalıdır.
17. Ürün OR4120 SUT koduna eşleşmiş olmalıdır.

SUT Kodu	Tıbbi Malzeme Alan Tanımı	Ürün Adı
OR4120	POLİETİLENGLİKOL İÇEREN ÜRÜNLER, 5 ml ve altı (5ml DAHİL)	Coseal 4ml

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Doç. Dr. B. YILMAZ
E-posta: byilmaz@ankara.edu.tr
Tel: 312 311 1234

Dr. B. Yılmaz

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Doç. Dr. Y. KAHYA
E-posta: ykahya@ankara.edu.tr
Tel: 312 311 1234

Dr. Y. Kahya

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Doç. Dr. G. GÜNEŞ
E-posta: ggunes@ankara.edu.tr
Tel: 312 311 1234

Dr. G. Güneş

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Doç. Dr. M. YILMAZ
E-posta: myilmaz@ankara.edu.tr
Tel: 312 311 1234