

.....QUINTON..... MARKA EKG CİHAZI EKG KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- EKG kablosu 10 leadli olmalı ve cihaza tam uyum sağlamalıdır.
- 2- EKG kablosu leadleri gövdeye sabit olmalı.
- 3- EKG kablosu Hasta bağlantısına topraklama yapabilmelidir.
- 4- Her lead üzerinde renk kablo üzerinde plastik baskılı olmalı ve silinmemelidir.
- 5- Her lead üzerinde renk kodunu belirten yüzük olmalıdır.
- 6- EKG kablosunun oluşabilecek parazitlere karşı ekranlaması olmalıdır.
- 7- Kablolar CE belgesine sahip olmalıdır.
- 8- EKG Kablosu Üreten firmanın ISO 9001 ve ISO 13485 belgeleri olmalıdır.
- 9- Kablonun tümü plastik enjeksiyon olmalı gövde de hiçbir şekilde vida bulunmamalıdır.
- 10- EKG kablosunun gövde kısmında Hem IEC hem AHA standartlarına göre lead numaralandırması yapılmış olmalıdır.
- 11- EKG Kablosunun hasta bağlantı leadleri kısa kaç uçlu olacaktır.

Ankara Üniversitesi  
Tıp Fakültesi Hastaneleri  
Pr. Dr. Başar CANDEMİR  
Dip. Tes. No: 96606-98448  
Kardiyoloji Uzmanı

Ankara Üniversitesi  
Tıp Fakültesi Hastaneleri  
Doç. Dr. Emir BASKOYSKI  
Dip. Tes. No: 705443  
Kardiyoloji Uzmanı

Ankara Üniversitesi  
Tıp Fakültesi Hastaneleri  
Doç. Dr. Emir BASKOYSKI  
Dip. Tes. No: 705443  
Kardiyoloji Uzmanı