

NON STİCK BİPOLAR FORSEPS 19,7 CM 1.5 MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Forceps ergonomik dizayna sahip olmalı ve kontrolü dengeli ,konforlu olmalıdır.
2. Forceps hastanemizde bulunan elektrokoterin bipolar çalışma modunda kullanılabilmelidir.
3. Forceps 134°C buhar sterilizasyonuna uygun olmalıdır. Bu özellik orijinal katalogta ispat edilmelidir.
4. Forceps elektrokoterin bipolar çalışma modunda kullanılabilmelidir.
5. Forceps **scoville-greenwood bayonet tip** olmalıdır.
6. Forcepsin uç kısmı non-stick özellikte olmalıdır.Bu özellik orijinal katalogta ispat edilmelidir.
7. Forceps'in toplam uzunluğu 19,7 (±1)cm olmalıdır.
8. Forceps'in uç kısmı 1.5 mm kalınlığında olmalıdır.
9. Forceps ile bipolar electrocerrahi işlemi gerçekleştirirken çevre dokulara zarar gelmemesi için forceps yalıtkan izolasyon malzemesi ile kaplı olmalıdır.
10. Forcepslerin korozyon direnci yüksek, ışık altında daha az parlayacak şekilde anodize edilmiş yıpranmayacak ve izolasyon maddesi soyulmayacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
11. Forceps değişken doku kalınlıklarında tutarlı basınç sağlayabilmelidir.
12. Forceps ile üst üste bipolar electrocerrahi işlemi gerçekleştirirken çene uçlarında kömürleşme (kararma) olmamalıdır.
13. Her bir forceps için 1 tane bedelsiz bipolar forceps kablosu verilecektir. Kurumun isteğine göre bipolar kablolar 3m veya 5 metre olarak teslim edilebilmelidir.
14. Bipolar kablo bağlantısı yapılabilmesi için forcepsin arka kısmında ikili giriş veya kama giriş soketi bulunmalıdır.
15. Bayonet forcepsler mavi renkli olacaktır.
16. Eldivenden kaymaması için tutacak yüzeyinde tırtıklı alan olmalıdır.
17. Her bir forceps tekli ambalajlarda olmalıdır. Ambalaj içinde türkçe kullanma klavuzu olacaktır.
18. Birim ambalaj üzerinde üretim tarihi, marka, model, referans no, katolog no olmalıdır.
19. En az 50 kullanımlık olduğu belgelenmelidir.
20. 15 adet forceps için 250 adet koter kalem ve 250 adet koter zımparası bedelsiz verilmelidir.
21. Teklif veren firmalar ürünlerinin orijinal kataloglarını ve 1 adet numuneyi birime sunmalıdır.Teklif edilen tüm malzemeler aynı markada olmalıdır.

Sedat KAYA
Ankara Üniversitesi
Sağlık Uygulama Araştırma Hastaneleri
İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ameliyathane Sorumlusu Hemsiresi

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Doç.Dr. Bülent Mustafa YENİGÜN
Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Dip. İst.No: 103400

ALOT#18N1 SINA HASTANES
Ordol: Ameshi Delli
Prof. Dr. Omid Ziaei
Ordol: Omid Ziaei
Dip.No:3001 Ush.No:76307/14856

NON STICK BİPOLAR FORSEPS 19.1 CM 0.7 MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Forseps ergonomik dizayna sahip olmalı ve kontrolü dengeli ,konforlu olmalıdır.
2. Forseps hastanemizde bulunan elektrokoterin bipolar çalışma modunda kullanılabilmelidir.
3. Forceps 134°C buhar sterilizasyonuna uygun olmalıdır. Bu özellik orijinal katalogta ispat edilmelidir.
4. Forseps elektrokoterin bipolar çalışma modunda kullanılabilmelidir.
5. Forseps **gerald bayonet tip** olmalıdır.
6. Forsepsin uç kısmı non-stick özellikte olmalıdır.Bu özellik orijinal katalogta ispat edilmelidir.
7. Forseps'in toplam uzunluğu 19.1 (±1)cm olmalıdır.
8. Forseps'in uç kısmı 0.7 mm kalınlığında olmalıdır.
9. Forseps ile bipolar elektrocerrahi işlemi gerçekleştirirken çevre dokulara zarar gelmemesi için forseps yalıtkan izolasyon malzemesi ile kaplı olmalıdır.
10. Forcepslerin korozyon direnci yüksek, ışık altında daha az parlayacak şekilde anodize edilmiş yıpranmayacak ve izolasyon maddesi soyulmayacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
11. Forseps değişken doku kalınlıklarında tutarlı basınç sağlayabilmelidir.
12. Forceps ile üst üste bipolar electrocerrahi işlemi gerçekleştirirken çene uçlarında kömürleşme (kararma) olmamalıdır.
13. Her bir forceps için 1 tane bedelsiz bipolar forceps kablosu verilecektir. Kurumun isteğine göre bipolar kablolar 3m veya 5 metre olarak teslim edilebilmelidir.
14. Bipolar kablo bağlantısı yapılabilmesi için forsepsin arka kısmında ikili giriş veya kama giriş soketi bulunmalıdır.
15. Bayonet forcepsler mavi renkli olacaktır.
16. Eldivenden kaymaması için tutacak yüzeyinde tırtıklı alan olmalıdır.
17. Her bir forceps tekli ambalajlarda olmalıdır. Ambalaj içinde türkçe kullanma klavuzu olacaktır.
18. Birim ambalaj üzerinde üretim tarihi, marka, model, referans no, katolog no olmalıdır.
19. En az 50 kullanımlık olduğu belgelenmelidir.
20. Teklif veren firmalar ürünlerinin orijinal katologlarını ve 1 adet numuneyi birime sunmalıdır.Teklif edilen tüm malzemeler aynı markada olmalıdır.
21. 5 adet forseps için 100 adet koter kalemi ve 100 adet koter zımparası bedelsiz verilmelidir.

Sedat KAYA
Ankara Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastaneleri
İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ameliyathaneleri Birim Temsilcisi

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Doç.Dr. Bülent Mustafa YENİGÜN
Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Dip.Tes.No: 103400

Altıncı İbni Sina Hastanesi
Ünvanı: Ameliyathane Birim Temsilcisi
Prof.Dr. Ömer GÖZPINAR
Dip.Tes.No: 103507-118658

NON STICK BİPOLAR FORSEPS 15 CM 0.7 MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Forseps ergonomik dizayna sahip olmalı ve kontrolü dengeli ,konforlu olmalıdır.
2. Forseps hastanemizde bulunan elektrokoterin bipolar çalışma modunda kullanılabilmelidir.
3. Forceps 134°C buhar sterilizasyonuna uygun olmalıdır. Bu özellik orijinal katalogda ispat edilmelidir.
4. Forseps elektrokoterin bipolar çalışma modunda kullanılabilmelidir.
5. Forseps **cushing düz tip** olmalıdır.
6. Forsepsin uç kısmı non-stick özellikte olmalıdır.Bu özellik orijinal katalogta ispat edilmelidir.
7. Forseps'in toplam uzunluğu 15 (±1)cm olmalıdır.
8. Forseps'in uç kısmı 0.7 mm kalınlığında olmalıdır.
9. Forseps ile bipolar elektrocerrahi işlemi gerçekleştirirken çevre dokulara zarar gelmemesi için forseps yalıtkan izolasyon malzemesi ile kaplı olmalıdır.
10. Forcepslerin korozyon direnci yüksek, ışık altında daha az parlayacak şekilde anodize edilmiş yıpranmayacak ve izolasyon maddesi soyulmayacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
11. Forseps değişken doku kalınlıklarında tutarlı basınç sağlayabilmelidir.
12. Forceps ile üst üste bipolar electrocerrahi işlemi gerçekleştirirken çene uçlarında kömürleşme (kararma) olmamalıdır.
13. Her bir forceps için 1 tane bedelsiz bipolar forceps kablosu verilecektir. Kurumun isteğine göre bipolar kablolar 3m veya 5 metre olarak teslim edilebilmelidir.
14. Bipolar kablo bağlantısı yapılabilmesi için forsepsin arka kısmında ikili giriş veya kama giriş soketi bulunmalıdır.
15. Bayonet forcepsler mavi renkli olacaktır.
16. Eldivenden kaymaması için tutacak yüzeyinde tırtıklı alan olmalıdır.
17. Her bir forceps tekli ambalajlarda olmalıdır. Ambalaj içinde türkçe kullanma klavuzu olacaktır.
18. Birim ambalaj üzerinde üretim tarihi, marka, model, referans no, katalog no olmalıdır.
19. En az 50 kullanımlık olduğu belgelenmelidir.
20. Teklif veren firmalar ürünlerinin orijinal kataloglarını ve 1 adet numuneyi birime sunmalıdır.Teklif edilen tüm malzemeler aynı markada olmalıdır.
21. 10 adet forseps için 300 adet koter kalem ve 300 adet koter zımparası bedelsiz verilmelidir.

Sedat KAYA
Ankara Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastaneleri
İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ameliyathaneleri Sorumlusu Hemşiresi

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Doç.Dr. Bülent Mustafa YENİGÜN
Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Dip.Tes.No: 103400

Dr. Öğr. Üyesi İbni Sina Hastanesi
Doç.Dr. Ömer Gürpınar
Üroloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 76307-116686