


YAZICI RULOSU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Hastanemiz demirbaşında bulunan STERRAD 100NX marka hidrojen peroksit gaz plazma sterilizatörüne uygun olmalıdır.
2. Rulolar tek nüsha ve termal yazıcıya uygun olmalıdır.
3. Ruloların eni 8 cmx50mt olmalıdır.
4. Rulolar cihazda kullanımı esnasında herhangi bir problem yaratmamalıdır.
5. Ruloların hastanemiz demirbaşında bulunan STERRAD 100NX marka hidrojen peroksit gaz plazma sterilizatörüne uygun olduğu yetkili servis tarafından belgelendirilmelidir.

GÜLAŞLAN (9)


Prof.Dr. Süha BETON
Ankara Üniversitesi SUAH
İbni Sina Araştırma ve
Uygulama Hastanesi
Başhekim Yardımcısı


Dr.Öğr.Üyesi Ali Can KURTIPEK
Ankara Üniversitesi SUAH
İbni Sina Araştırma ve
Uygulama Hastanesi
Başhekim Yardımcısı
